

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

חבריות	מס' חשבון
ג'ינה" 885	24/04/17

_____ קרן מחקרים _____ X מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונת להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X	
סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)	
_____ טובין	_____ שירותים
_____ ביצוע עבודה	

2246	ספק יחיד _____ X ספק חוץ _____
511029035	
500,000 ₪	
24/04/17	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל מירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, בדיקה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים כתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות לחיות חסמק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).

3. נימוקים והערות נוספות.

1. חבני שניטל נציגה בלעדית של היצרנים הבאים:
K MEDICAL, EMS, SONY, FUJINON, LIFE-TECH, WOLF, ESAOTE, MEDIVATOR, B
2. לצורך תיקון אחזקה מיכשור של היצרנים הנ"ל, נדרשת רכישת חלמים מקוריים. חלמים מקוריים אלה, ניתן לרכוש אך ורק מהנציגה הבלעדית של היצרנים הנ"ל - חברת שניטל
3. לצורך תיקון אחזקה של מיכשור רפואי, נדרש לעיתים לחזמין טכנאי אשר חוסמך על ידי היצרן. לא ניתן לבצע עבודות תיקון אחזקה אלה, עיי טכנאי שלא חוסמך על ידי היצרן. רק לחברת שניטל אתשור מהיצרנים והסמכה לטכנאים לצורך ביצוע העבודות הנ"ל.
4. כיון היתר מדובר במיכשור הבא:
אנדוסקופים נמישים, מיכשור לגסטרו, מכונות שטיפה וסטריליזציה, אמבטיס אולטראסוניים, אולטראסאונדים, מיכשור אורודינמי

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לטשא זה.

בכבוד רב,

מיידת מנהל מחלקת הנדסה רפואית שירותי רפואה חדר המכשירים	שם בעל הסמכות המקצועית בכ"ר ק"ל
	תפקיד בעל הסמכות המקצועית מנהל מחלקת