

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	דברה אית
יחידה מזמינה:	ס"ר
תאריך:	31/07/17

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1098901234	מדבקות לעור רגיל (מבוגר)
6	1098885205	דיסקה פנימית להחלפת ממברנה (5 יח.).
4	1098885197	ג'ל מגע 5 MIL
5	1098075336	מחליף ממברנה רב פעמי
2	1098075310	גז כיוול
1	1095074001	SENTEC DIGITAL MONITORING SYSTEM
7	1040009953	מחבר תקשורת SDM למוניטור PHILIPS

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ ביצוע עבודה

_____ שירותים

_____ טובין

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-חשומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

24 ביולי 2017
מספרנו: יש/2017-0287
תיק: 1120-16, 4503

לכבוד
מר גיל דר
גבי גילי נעים
כאן

נכבדי,

הנדון: פגיה – חו"ד לרכישת מוניטור למדידת PCO2

א. תוכנית הצטיידות מיום 5.7.17
ב. תכתובת משה"ב מיום 22.7.17

1. בהמשך לסימוכין אי נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 1 יח'.
2. מדובר במוניטור המאפשר מדידה מתמשכת בלתי חודרנית של הלחץ החלקי של דו תחמוצת הפחמן בדם. כמו כן מודד המכשיר סטורציה, גל סטורציה וקצב לב. מדידת PCO2 מתבצעת בעזרת אלקטרודה PH זעירה בהתאם לעיקרון SEVERINGHAUS.
3. להלן תכונות המכשיר:
 - א. מדידת PCO2 בתחום 0-200mmHg (0-26.67KPa) ברזולוציה של 0.1mmHg (0.1KPa).
 - ב. מדידת SpO2 בתחום 1-100% ברזולוציה של 1%.
 - ג. מדידת קצב לב בתחום 30-250bpm ברזולוציה של 1bpm.
 - ד. אתרעות לגבי כל הפרמטרים הנמדדים.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

- ה. אפשרות לייצוא נתונים.
- ו. אפשרות לשמירת נתונים עד 12 יום.
- ז. סוללה נטענת המאפשרת ניטור עד 6 שעות.
- ח. זינה – 230V/50Hz.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

3

4. מומלץ לממש הצעת מחיר PQ17001661 של חב' קלינטיקה, מיום 25/7/17, לדגם SDMS תוצרת SENTEC, לפריטים 1,5,7 ולמתכלים פריטים 2,3,4,6 (בהתאם להתייחסות דר' מזכרת מיום 26.11.15).

הבהרה: פריט 7 בהצעה הינו מחבר תקשורת למוניטור תוצרת פיליפס המצוי בפגייה.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל.

5. לצוות לא ידוע על יצרן נוסף שלו מכשיר תואם לדגם המבוקש.

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעה

העתקים: דר' צ. שטראוס
דר' ר. מזכרת
גב' קרן מקדש