

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	מנהל איניקולוסיה/אילרין
תאריך:	05/03/17

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
4	1098705247	'STANDARD WALL CHANNEL 19
2	1095077681	L02 TWO US TRANSDUCERS
1	1095061974	MONITOR FETAL AVALON FM20
3	1040009011	CM M SERIES ARM & BIN FOR AVALON FM20/3020.3

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.ב. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

02 במרץ 2017  
מספרנו: עש/2017-0086  
תיק: 4001, 1120-5

לכבוד  
מר גיל דר  
גבי גאולה נעים  
כאן

הנדון: בינוי 2017/אגף יולדות/HIGH RISK – חו"ד לרכישת מוניטור מיילדות  
תכתובת מיום 09.02.2017

1. בהתאם לסימוכין, נדרשת הרחבת מערכת הניטור באמצעות רכישת 3 מוניטורים עובריים.
2. מדובר במוניטור מיילדות המאפשר ניטור חיצוני של עובר יחיד ושל תאומים, בנוסף לניטור לחץ דם לא פולשני של היולדת. כל אחד מהמוניטורים יכלול 2 מתמרי US בכדי לאפשר ניטור תאומים במידת הצורך.
3. הדגם המתאים לרכישה הוא AVALON FM 20 תוצרת PHILIPS מאחר ועליו להיות מקושר למערכת המחשוב המרכזית מתוצרת PHILIPS (OBTV) המצויה במערך המיילדות לתיעוד, לאיסוף ולאחזור נתוני המוניטורים.
4. הקישוריות למערכת המחשוב המרכזית ניתנת אך ורק באמצעות מוניטורים מתוצרת PHILIPS.
5. לצורך הרכישה יש לממש הצעות המחיר כדלקמן:
  1. מומלץ לממש הצעת מחיר 162507263 של חבי מדטכניקה לניטור עובר יחיד ותאומים בכמות 3 יחי על כל סעיפיה (ולא בכמות 7 יחידות כמופיע בהצעה):
    - פריט 1 – מוניטור הכולל ניטור עוברי חיצוני
    - פריט 2 – דופק יולדת
    - פריט 3 – כרטיס תקשורת למערכת תיעוד מרכזית
    - פריט 4 – 2x מתמרי U.S. (לניטור תאומים/עובר יחיד)
    - פריט 5 – 1x מתמר TOCO
    - פריט 6 – לחצן לשימוש היולדת להודעה על קיום צירים
    - פריט 7 – נייר רישום
    - פריטים 8+9 – מתלה קיר+מסילה

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

לנוכח האמור בסעיף 3 ניתן לראות את חבי PHILIPS באמצעות נציגותה בארץ חבי מדטכניקה ספק בלעדי לרכישה ולממשה בהתאם לקריטריון של ציוד רפואי ייחודי על כל המשתמע מכך.

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים.

בברכה

ענבר שושן - Bsc  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : הצעות מחיר

העתקים : פרופ' אייל סיון  
פרופ' מזעקי-טובי שלום  
גב' תמר ארגמן