

המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא

תל- השומר

משרד: (רנ"א)	
יחידה מזמינה: מ"ה הרב"ג	
תאריך: 05/03/17	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095078671	C-MAC POCKET MONITOR SET
4	1040011900	C-MAC VIDEO LARYNGOSCOPE D-BLADE
3	1040011892	BATTERY RECHARGEABLE
2	1040011884	CHARGING UNIT FOR C-MAC POCKET MONITOR

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

ברסלוער	שם הספק:
511053118	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
1089	מספר ספק בשיבא



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2 במרץ 2017
מספרנו: עש/2017-0087
תיק: 1130-6, 1002

לכבוד
מר גיל דר
גב' גאולה נעים
כאן
נכבדי

הנדון: מחלקת הרדמה - חו"ד לרכישת מערכת וידאו-לרינגוסקופ ניידת לאינטובציות קשות
א. תכתובת מיום 28.02.17 - דר' טקס-מנובה ופרופ' ברקנשטט
ב. מייל מיום 20.02.17 - התחייבות חברת ברסלויער.

1. בהתאם לסימוכין א', נדרשת רכישת מערכת וידאו-לרינגוסקופ ניידת לאינטובציות קשות.
2. המערכת מתאימה לחירום ולאינטובציות קשות במחלקות מחוץ למיון, טיפולים נמרצים וחדרי הניתוח. מחלקות האשפוז ברחבי הקמפוס לא מצוידות במכשור מתאים לאינטובציות קשות ולכן נדרש בהן מענה דחוף המחייב מכשור קומפקטי ואופטימלי לנייד.
3. המערכת כוללת מסך מתכוון LCD 3.5", להב רב פעמי, סוללה ומטען.
4. מומלץ לממש הצעת מחיר 43575 של חברת ברסלויער לדגם C-MAC Pocket Monitor 8403XDK תוצרת STORZ. יש לממש ההצעה במלואה.
- מחלקת הרדמה עושה שימוש נרחב במערכות וידאו-לרינגוסקופ תוצרת STORZ מדגם C-MAC.
- רכישת המכשיר חיונית ודחופה, לא נמצא ספק נוסף בעל יכולת הדגמה רכישה של מכשור מתאים באופן מידי. בהתאם לכך, בנקודת זמן זו, ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה. ראה סימוכין א'.
5. הדגם הנבחר הוא הדגם החדש והעדכני ביותר, כמקובל במוסד. מכיוון וזמן האספקה לא תואם את דחיפות הרכישה, התחייבה החברה לאספקת מכשיר חלופי על למועד האספקה. סימוכין ב'.

בברכה,

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעה

העתקים: פרופ' חיים ברקנשטט
דר' דורית טקס מנובה