

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הכרמל
יחידה מזמינה:	מכון גסטרו
תאריך:	13/03/17

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095063897	WATER ELEVATOR PUMP AQUA MASTER

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	שני-טל
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511029035
מספר ספק בשיבא	2246
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי-ההתקשרות:	11,800 יורו + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).**
2. **ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).**
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:**

עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

לאור הנימוקים שמנתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהל מח' הנדסה רפואית	דרי' יורם שדמי
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1 במרץ 2017
מספרנו: יש/2017-0079
תיק: 4-1111, 7005

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
2 א 1

נכבדי,

הנדון: מכון גסטרו -
חוו"ד לרכישת משאבת מים לשטיפה להליך אנדוסקופיה

דוא"ל דר' ברדן מיום 31.1.17

במכון גסטרו 8 חדרי בדיקה אנדוסקופית כאשר התפלגות משאבות המים לשטיפה להליך האנדוסקופיה הינו כדלקמן:

5 חדרים כוללים משאבת מים תוצרת ENDO TECHNIK דגם AQUA MASTER

3 חדרים כוללים משאבת מים תוצרת OLYMPUS דגם OFF-2

המשאבות מתוצרת OLYMPUS רוויות תקלות ולפיכך יש להשביתן עקב בלאי.

מאחר ודגם AQUA MASTER מצוי בשימוש ביתר חדרי הבדיקה וקיימת שביעות רצון מלאה מפעילותו, מבקש דר' ברדן לחלופי את הדגם הבעייתי מתוצרת OLYMPUS בדגם שעמו הניסיון מוצלח ואשר עונה לכל שנדרש וללא תקלות, דגם AQUA MASTER.

מדובר בדגם בעל הנתונים הבאים:

- משאבה הפועלת על עקרון פריסטלטיקה
- ספיקה עד 600lpm
- יכולת כיוון הספיקה
- הרכבת צנרת פשוטה
- זינת רשת חשמל חד-פאזית 230V/50Hz
- אחידות בצנרת המשאבה הקיימת בכל חדרי הבדיקה

רצ"ב הצעת מחיר של חב' שניטל המשמשת כנציגת היצרן הגרמני בארץ, אותה יש לממש לכמות 3 יח'.

על מנת לשמור על אחידות המכשור ניתן לראות את היצרן ונציגתו ספק בלעדי לרכישה זו.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

תינתן תקופת אחריות למשך 24 חודשים מיום הקליטה בפועל.

תינתן ספרות הפעלה ושרות.

סעיף תקציבי למימוש – תוכנית ההצטיידות שורה 39.

למען הגילוי הנאות – הדגם המומלץ לרכישה זכה במכרז 518/09 לכמות 5 המשאבות,
כאשר המתחרה היתה חבי אולימפוס.

ב ב ר כ ה ,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעה

העתק : דר' איתן ברדן