

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(הבר-11)
יחידה מזמינה:	שקולמן שיבא
תאריך:	05/03/17

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095053161	BRONCHOFIBERSCOPE BF-PE2

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / תשיפות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה:	520036195
מספר ספק בשיבא:	1773
ספק זה הינו:	ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	14,644 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות:	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

5 במרץ 2017
מספרנו: יש/2017-0089
תיק: 6-1130, 1-6511

לכבוד
מר גיל דר
גבי גילי נעים
כאן

נכבדי,

הנדון: הצטיידות 2017/המחלקה לשיקום נשימתי -
חו"ד לרכישת ברונכוסקופ פיבראופטי

א. דוא"ל דר' וולנר מיום 9.1.17
ב. דוא"ל יואל הר אבן מיום 20.2.17 + 21.2.17
ג. דוא"ל דר' שולימזון מיום 2.3.17, 5.3.17

1. בהמשך לסימוכין ב'ג' אושרה רכישת המכשיר שבנדון בכמות 1 יח' (תוכנית ההצטיידות פריט 115 ברשימה)

2. במח' לשיקום נשימתי מצויים מרכיבי מע' הברונכוסקופיה באים:

- מקור אור דגם CLK-4 תוצרת אולימפוס אשר אינו מאפשר שימוש במתאמים לברונכוסקופים השונים מאלה של היצרן אולימפוס.

- מצלמה דגם OTV-SC עם מערכת בקרה להפעלתה מתוצרת אולימפוס.

- מוניטור/מסך תוצרת אולימפוס.

דר' וולנר ודר' שולימזון מבקשים לרכוש דגם BP TYPE PE2 התואם את הצרכים ואשר מצוי בשימוש המחלקה בכמות 2 יח' ונדרש מכשיר שלישי שלו הנתונים הבאים:

- זווית ראייה - 120°

- עומק השדה - 3-50mm

- כיוון קצה דיסטלי מעלה 180° / מטה 130°

- קוטר קצה דיסטלי - 4.9mm

- קוטר תעלת עבודה - 2.2mm

- אורך עבודה - 600mm

ליזרוביץ כרמלה

מאת: שולימזון טיבריו, דר
גשלה: יום שלישי 28 מרץ 2017 08:44
אל: וולנר אריה, דר; שדמי יורם, דר
עותק: יחס טובה
גושא: וועדת מכרזים - פטור מתקן ברונכוסקופ RE:

בקר טוב

ראו מכתבו של דר וולנר
מסכים עם כל מילה
מציע לא לשכוח שמי שקובע זה המקצוען ולא הכלכלן - לפחות זו דעתי המקצועית

טיבי

Tiberiu R. Shulimzon MD
Director, Interventional Pulmonology Unit
The Pulmonary Institute
Sheba Medical Center
Tel Hashomer
Israel
Tel : +972-3-5302928 Fax : +972-3-5354993

From: וולנר אריה, דר
Sent: Tuesday, March 28, 2017 8:41 AM
To: <Tiberiu.Shulimzon@sheba.health.gov.il> שולימזון טיבריו, דר; <Yoram.Shadmi@sheba.health.gov.il> שדמי יורם, דר
Cc: <Tova.Yachas@sheba.health.gov.il> יחס טובה
Subject: RE: וועדת מכרזים - פטור מתקן ברונכוסקופ
Importance: High

מכובדי,
מכתב חב' ברסלויער מזכיר לי את הספור על פלוני שחשק בכוס חלב אך אלמוני מנסה לשכנעו לקנות פרה שלמה...
ואסביר:

1. מערכת הפעלה שלנו ושלושה אנדוסקופים - הכל של חברת אולימפוס. לשביעות רצוננו.
 2. לשגרת עבודתנו יש צורך ב 3 מכשירים וכך היה כל השנים.
 3. כל שבקשנו הוא ברונכוסקופ אולימפוס חדש במקום זה שהתבלה ומת.
 4. איני רואה כל הגיון כלכלי או תפעולי בהשבתת המערכת הנוכחית ומעבר למערכת הפעלה וידאו חדשה + 3 אנדוסקופים וידאו חדשים. ואיני רוצה מתאם למעבר מאולימפוס לשטורץ.
 5. בינתיים הזמן עובר ואנו בבעיה מול החולים. אבקש להתקדם בלא דיחוי.
- בברכה, דר וולנר

Arie Wollner MD, FCCP
Director, Department of Respiratory Care and Rehabilitation
Sheba Medical Center, Israel
Tel 03 - 5305841
Fax 03 - 5305839
resrehab@sheba.health.gov.il

From: שולימזון טיבריו, דר
Sent: Monday, March 27, 2017 3:29 PM
To: וולנר אריה, דר
Subject: FW: וועדת מכרזים - פטור מתקן ברונכוסקופ

אריה?