

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	המרכז
יחידה מזמינה:	05700
תאריך:	23/03/17

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

**אל: ועדת המכרזים**

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
7	1098908841	מדבקות לעור רגיש
6	1098901234	מדבקות לעור רגיל (מבוגר)
8	1098885205	דיסקה פנימית להחלפת ממברנה (5 יח.)
5	1098885197	גיל מגע 5 MIL
9	1098075336	מחליף ממברנה רב פעמי
3	1098075328	תפס לאוזן
4	1098075310	גז כיוול
1	1095074001	SENTEC DIGITAL MONITORING SYSTEM
2	1040009193	עגלה למוניטור דיגיטלי זגם SDM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע / פירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)



שם בעל הסמכות המקצועית

תפקיד בעל הסמכות המקצועית

חתימה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

20 במרץ 2017  
מספרנו: יש/2017-0107  
תיק: 1120-16, 3004

ד ת ו נ

לכבוד  
מר גיל דר  
גב' גילי נעים  
כ א ו

נכבדי,

הנדון: ט.נ. ילדים – חווי"ד לרכישת מוניטור למדידת PCO2

א. דוא"ל פרופי פרת מיום 19.3.17  
ב. דוא"ל יואל הר אבן מיום 20.3.17

1. בהמשך לסימוכין אי נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 1 יח.
2. מדובר במוניטור המאפשר מדידה מתמשכת בלתי חודרנית של הלחץ החלקי של דו תחמוצת הפחמן בדם. כמו כן מודד המכשיר סטורציה, גל סטורציה וקצב לב. מדידת PCO2 מתבצעת בעזרת אלקטרודה PH זעירה בהתאם לעיקרון SEVERINGHAUS.
3. להלן תכונות המכשיר:
  - א. מדידת PCO2 בתחום 0-200mmHg (0-26.67KPa) ברזולוציה של 0.1mmHg (0.1KPa).
  - ב. מדידת SpO2 בתחום 1-100% ברזולוציה של 1%.
  - ג. מדידת קצב לב בתחום 30-250bpm ברזולוציה של 1bpm.
  - ד. אתרעות לגבי כל הפרמטרים הנמדדים.
  - ה. אפשרות לייצוא נתונים.
  - ו. אפשרות לשמירת נתונים עד 12 יום.
  - ז. סוללה נטענת המאפשרת ניטור עד 6 שעות.
  - ח. זינה – 230V/50Hz.



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

4. מומלץ לממש הצעת מחיר PQ16000691 של חב' קלינטיקה, מיום 30.3.16, לדגם SDMS תוצרת SENTEC, לפריטים 1,2,9 ולמתכלים פריטים 3 עד 8.  
יש לכלול בהזמנה ספרי שרות וחפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.  
יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל.
5. לצוות לא ידוע על יצרן נוסף שלו מכשיר תואם לדגם המבוקש.  
הבהרה: המכשיר מצוי בביה"ח ויתרונו הוכח מעל כל ספק.
6. בסימוכין בי ניתן אישור תקציבי.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעה

העתק: פרופ' ג. פרת