

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד: (הכרמל)
יחידה מזמינה: N1112000
תאריך: 27/03/17

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

**אל: ועדת המכרזים**

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095061313	ELECTROSURGICAL UNIT MODEL : VIO 200 S

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	ברסלויער
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511053118
מספר ספק בשיבא	1089
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	22,204 ירו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

26 במרץ 2017  
מספרנו: יש/2017-0110  
תיק: 7005, 1118

לכבוד  
מר גיל דר  
גב' גילי נעים  
כ אן

נכבדי,

**הנדון: מכון גסטרו – חו"ד לרכישת דיאטרמיה באפליקציה ייעודית לגסטרו**

א. דוא"ל דר' ברדן מיום 31.1.17  
ב. דוא"ל מר יואל הר אבן מיום 22.3.17

1. בסימוכין ב' ניתן אישור רכישה לסימוכין א' למכשיר שבנדון בכמות 1 יח'.  
2. מדובר בדגם VIO-200S תוצרת ERBE הכולל מרכיב של גז ארגון (APC) על מנת לאפשר צריבה על פני שטח רחב ללא חדירה לעומק והחשוב ביותר ללא מגע של הפרוב ברקמה.  
מערכת ייחודית זו של שילוב דיאטרמיה עם ארגון משמשת למניעת דימומים מסיביים בדרכי העיכול.  
לדגם יכולת אוטומטית להתאמת עוצמת הפעולה (חיתוך וקואגולציה) בהתאם לפרוצדורות ולמדיומים של הטיפול.  
עוצמת החיתוך 200W והקואגולציה 120W.  
המכשיר כולל תת מערכות של ארגון ומאפשר פעילויות פוליפקטומי ופאפילוטומי הייחודיות לגסטרו (Endo Cut).  
3. מומלץ לממש הצעת חב' ברסלויער על כל מרכיביה כאשר ניתן לראות היצרן ERBE ספק בלעדי לדגם VIO 200S המשולב עם תת מערכת ארגון, APC מגירסה 2 ועגלה לניידות בין חדרי הטיפול במכון הגסטרו.  
הרכישה תמומש בהתאם לקריטריון של מיכשור רפואי ייחודי על כל המשתמע מכך.  
למען הסר ספק אין כיום יצרן שלו מענה לנדרש זולת חב' ERBE.  
רצ"ב תכתובת מן העבר התקפה גם עתה (פרופ' בוינובר + פרופ' בר מאיר).  
בכל מכוני הגסטרו בעולם השימוש הינו בדגם המומלץ בקונפיגורציה המוצעת.  
ההזמנה תכלול ספרות + אחריות למשך 24 חודשים מיום הקליטה בפועל.

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי הממשלתי ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

4. מקור תקציבי לרכישה תוכנית הצטיידות 2017 בהתאם לסימוכין ב'.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : הצעת מחיר+תכתובת

העתק : ד"ר איתן ברדן