

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	רבה-אור
יחידה מזמינה:	ח.נ. איקולאז
תאריך:	06/05/17

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095075347	B650 V2 FRAME WITH TOUCHSCREEN
2	1095059267	PSMP MODULE E-PSMP ENGLISH MODULE FOR ECG 3,5&12 LEADS WITH
3	1095052502	MODULE S/S SINGLE WIDTH AIRWAY- E-MINIC

תיאור מהות ההתקשרות (כקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מד"י שדמי	
510021884510021884	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	לבנט
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותת	510021884
מספר ספק בשיבא	1707



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

4 באפריל 2017
מספרנו: יש/2017-0125
תיק: 9-1120, 4005

לכבוד
מר גיל דר
גבי גילי נעים
כאן

נכבדי,

הנדון: חו"ד לרכישת מוניטור מודולרי למע' ניטור מרכזית תוצרת GE

דוא"ל יואל הר אבן מיום 4.4.17

1. בהתאוששות חדר ניתוח גניקולוגי מצויה מערכת ניטור מודולרית מרכזית מתוצרת GE-DATEX הכוללת את המרכיבים הבאים:

א. BEDSIDE MONITOR דגם S/5 – בכמות 6 יח'.

ב. CENTRAL STATION דגם CENTRAL

ג. transport Monitor דגם Compact S5 – כמות 1 יח'.

2. הרחבת המערכת בכמות 2 מוניטורים עקב הוספת 2 מיטות חדשות להתאוששות מתייבת שימוש במוניטור מודולרי דגם S/5 בלבד על מנת לאפשר אינטגרציה לצורך נייחות (שימוש במודולים) ולצורך אחידות עם המוניטורים שבחדר ניתוח גניקולוגי.

3. מאחר וייצור דגם S/5 הופסק ההרחבה הנדרשת תבוצע באמצעות העברת שני מוניטורים (דגם S/5) מעמדת הקבלה של חדר ניתוח מרכזי.
במקום שני מוניטורים אלה, ירכש דגם B650 מתוצרת GE בכמות 2 יח'.

דגם B650 הינו הדגם העדכני של GE ומצוי באתרים רבים הקשורים לכירורגיה בכלל ובהתאוששות חדר ניתוח מרכזי בפרט.

4. רצ"ב הצעת מחיר PQ16L01518 של חב' לבנט למוניטור מודולרי אותה יש לממש בכמות 2 יח' מכל פריט ללא פריט 20.

מחיבת עקרוני ההצעה כוללת את המרכיבים הבאים:

א. פרמטרים פיזיולוגיים: ECG, HR, IBP, NIBP, SPO2, TEMP. RR

ב. מתלה קיר ייעודי ואביזרים לחיבור אל המטופל

ג. חיבור למוניטור המרכזי

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד הבריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

3

מטעמי אינטגרציה והתאמה למכשור המצוי, הן בהתאוששות חדר ניתוח גניקולוגי והן בקבלה לחדר ניתוח מרכזי, ניתן לראות את חב' GE-DATEX ספק בלעדי לרכישה.
למען הסר ספק - לא ניתן לחבר למע' הניטור המרכזית מוניטור שאינו מתוצרת היצרן GE - היבט אינטגרטיבי חיוני.
ההזמנה תכלול תקופת אחריות של לפחות שנתיים וכן התקנה על כל המשתמע מכך.
הבהרה: מחב' לבנט נמסר כי ההצעה בתוקף.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתק: דר' דינה אורקין