

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(הביטוח)
יחידה.מזמינה:	יסקא.3 ראות
תאריך:	08/05/17

קדן מחקרים _____

מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095049474	PULSE OXYMETER HAND HELD-PALMSAT2500K2
6	1040012205	USB ADAPTER STANDARD-1000USB FOR NONIN HAND HELD PULSE
5	1040012197	NVISION DATA MANAGEMENT SOFTWARE FOR OXIMETRY SCREENING CD-R
4	1040012189	BATTERY PACK NIMH
3	1040012171	C-UNIV CHARGER STAND2500
2	1040012163	CC CARRYING CASE BLACK2500

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופינוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

27 באפריל 2017
מספרנו: מב/2017-0158
תיק: 12-1120, 1-7014

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
כ.א.ן

נכבדי,

הנדון: מכון לתפקודי ריאות – חו"ד לרכישת מכשירי פאלסאוקסימטר.

תכנית הצטיידות 2017

1. בהמשך לסימוכין (פריט מס' 153 ברשימה) אושרה רכישת המכשיר הנדון בכמות של 2 יח'.
2. להלן פריטי המכשור הנדרשים:
 - א. מכשיר מסוג BEDSIDE למדידת סטורציה וקצב לב.
 - ב. מד סטורציה קומפקטי ונייד המופעל באמצעות סוללות נטענות.
3. להלן התכונות הנדרשות מהמכשיר הנניד:
 - בעל זיכרון לאגירת הפרמטרים הנמדדים (SpO2, HR) של 72 שעות.
 - תוכנה ייעודית להתקנה על מחשב PC לשמירה וניתוח הנתונים.
 - מדידת סטורציה בתחום 0-100% בדיוק של 3 ספרות.
 - מדידת קצב לב בתחום 40-240bpm בדיוק של 3 ספרות.
4. יש לממש את רכישת שני הפריטים הנ"ל באופן הבא:
 - א. מומלץ לנפק דגם BEDSIDE SpO2 (מק"ט 1095072742) תוצרת NELLCOR ממלאי המחסן בכמות 1 יח'.
 - ב. מומלץ לממש הצעה מס' Q171236 מחברת "בפקס" על כל סעיפיה, הכוללת מד סטורציה נייד דגם PalmSAT 2500, נרתיק נשיאה, מטען וסוללה נטענת, תוכנת ניחול מידע דגם nVISION ומתאם USB להורדת הנתונים מהמכשיר, מתוצרת NONIN.
5. במכון לתפקודי ריאות מצויים בשימוש בפועל מכשירי פאלסאוקסימטר מתוצרת NONIN לשביעות רצונם המלא של המשתמשים. למען שמירה על אחידות הציוד במכון ותפעולו, כולל השימוש בסנסורים ויכולת העברתם בין המכשירים, ניתן לראות ביצרן NONIN ספק יחיד לרכישה זו.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

יש לכלול בהזמנה ספרות שרות והפעלה כנדרש.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעת מחיר

הענתק : גבי אריאלה ולנר