

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	מ"ר 388
תאריך:	09/05/7

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095074365	SPARQ ULTRASOUND SYSTEM

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט-התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד    _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$25,153 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

9 במאי 2017  
מספרנו: יש/2017-0178  
תיק: 1125, 2001

לכבוד  
מר גיל דר  
גבי גילי נעים  
כאן

נכבדי,

**הנדון: מלר"ד כללי - חוו"ד לרכישת אולטראסאונד**

דוא"ל יואל הר אבן מיום 9.5.17

במלר"ד מצוי כיום בשימוש אולטראסאונד דגם SPARQ תוצרת PHILIPS בכמות 2 יח',  
האחד בתדר הלם, השני במיון שוכבים.

נדרש מכשיר נוסף עבור קומה ב' של מיון הולכים.

הדרישות מהמכשיר הינם כדלקמן:

א. דגם זהה לקיים על מנת לאפשר אחידות בשימוש וגיבוי בעת הצורך - צורך חיוני שלא  
ניתן לפשרה.

ב. תוכנה מסוג CRITICAL CARE התואמת את הנדרש.

ג. תוכנה Tissue Doppler Imaging התואמת את מצב העבודה.

ד. מתמר לינארי בתחום תדרים L12-4MHz לבדיקות כלי דם, הרדמות אזוריות, שלד,  
שרירים, איברים קטנים ושד.

ה. מתמר אבדומינלי (CONVEX) בתחום תדרים 06-2MHz לבדיקות חלל הבטן ויילודים.

ו. מתמר לאקו לב בתחום תדרים 4-2MHz.



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

רצ"ב הצעת מחיר של חב' מדטכניקה למימוש הרכישה, כאשר ניתן לראות את חב' פיליפס ונציגותה המקומית ספק בלעדי לרכישה מאחר והצורך החד-משמעי הינו אחידות של כל דגמי האולטראסאונד במלר"ד - שימוש זהה למגוון רב של משתמשים + גיבוי בהפעלה ובמתמרים.

מקור תקציבי לרכישה בהתאם לסימוכין.

הבהרה: בהתאם להודעת מדטכניקה על ההזמנה להגיע לספק עד ליום 14.5.17 - אילוץ חיוני וחד-משמעי.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתקים: ד"ר י. אור  
ד"ר א. עירוני