

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(בכ"א)
יחידה מזמינה:	ד.ד.ס
תאריך:	31.08.14

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095079554	M2735A AVALON TOCO+TRANSDUCER
1	1095079547	M2734B AVALON TOCO TRANSDUCER
3	1095077681	L02 TWO US TRANSDUCERS

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא _____
 סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	ספק יחיד _____ ספק חוץ _____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

30 באוגוסט 2017
מספרנו : עש/2017-0342
תיק : 5-1120, 4004

ד ת ו נ

לכבוד
מר גיל דר
גברת גילי נעים
כ א נ

הנדון: חדר לידה- חוות דעת לרכישת מתמרים לניטור אם ועובר

דוא"ל מיום 29.08.17

1. בחדר לידה מוניטורים עובריים מדגמים FM-20 ו-FM-30, הניטור מתבצע באמצעות מתמרים לניטור האם והעובר (H.R עובר, ECG עובר ודופק אם) מהדגמים הבאים:

- מתמר M2736A - US
- מתמר M2735A - TOCO +
- מתמר M2734B - TOCO MP

2. תדירות התקלות במחלקה גבוהה באופן חריג, בכל שבוע נשלחים לתיקון מספר מתמרים מכל דגם. לרוב מדובר בשבר גבישי או נזק כתוצאה מקורוזיה ולכן תיקון המכשירים בלתי אפשרי ומתבצע טרייד-אין במתמר חדש מהחברה. זמן האספקה הנובע מתהליך ההזמנה בבי"ח וזמן האספקה של הספק המקומי, הוא כחודש וחצי. כלומר, בכל רגע נתון חדר לידה פועל תחת מחסור חמור במתמרים.

בכדי לתת מענה לבעיית המחסור ולאפשר בחדר לידה פעילות סדירה, נדרשת רכישת מתמרים אשר ישמשו כגיבוי. מתמרים אלו יאוחסנו בהנדסה רפואית ויסופקו לחדר לידה במקרה הצורך.

3. מומלץ לממש הצעה 172506375 של חברת מדטכניקה עבור מתמרים תוצרת Philips בכמות של 10 יחידות מכל דגם.

הערה:

6 מתמרים מדגם M2736A סופקו על חשבון ההזמנה העתידית. יש להזמין אך אין צורך לספקם.

יש לממש ההצעה רק לאחר משא ומתן חריף מול החברה לאור העובדה כי מדובר בכמות משמעותית וכי הרכישה נובעת מהצורך לגבות תקלות חוזרות ונשנות כמו גם זמני אספקה ארוכים מצד החברה עצמה.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

יש לדרוש תקופת אחריות מרבית לחלפים ולעבודה מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל (תקופת האחריות המינימלית לא תפחת מ-24 חודשים).

בברכה,

ענבר אמונץ-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר + סימוכין