

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד: (וקריא/)	
יחידת מזמינה: בית שפא - עין י"ג	
תאריך: 15.08.17	

קרון מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל   
 (יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095079372	SLIT LAMP WITH TABLE
1	1095079364	MS PDT LASER 689 MOTORISED+ADAPTOR,FOOTSWITCH

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
עפי חו"ד מצ"ב מדר' שדמי	

לא

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

טובין

צמל	צמל B2
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	513519991
מספר ספק בשיבא	23164
ספק זה הינו:	ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	46,750 יורו+מע"מ



THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1 באוגוסט 2017  
מספרנו: יש/2017-0310  
תיק: 6-1110, 3500

לכבוד  
מר גיל דר  
גב' גילי נעים  
כאן

נכבדי,

הנדון: מח' עיניים – חו"ד לרכישת LASER VISULAS PDT

דוא"ל פרופ' מויסייב מיום 16.7.17

במרפאת רשתית קיים לייזר VISUCA PDT, דגם 690S, תוצרת ZEISS, מס' סידורי 794508 משנת 1999.

תיקון הלייזר מחייב משלוח אל היצרן בגרמניה, כאשר נמסר כי אין חלפים למכשיר.

לנוכח המצב אין כל הגיון לשלוח המכשיר הישן לניסיון תיקון.

מכשיר חלופי יחיד כיום המשווק בארץ הינו מתוצרת QUANTEL המשווק בארץ ע"י חב' צמל.

מדובר במכשיר דגם VITRA PDT שלו הנתונים הבאים:

לייזר מסוג SEMICONDUCTOR DIOD

אורך גל-  $690\text{nm} \pm 3\text{nm}$

הספק יציאה משתנה - עד  $600\text{mW}/\text{cm}^2$

הספק מירבי - 400mW

זמן חשיפה - 93sec

Aiming Beam - 650nm

זינה חשמלית חד-פאזית - 230V/50Hz

מנורת סדק הכוללת אדפטציה ללייזר

שולחן חשמלי



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

רצ"ב הצעת חבי צמל אותה יש לממש על כל סעיפיה.

מאחר ומדובר בספק יחיד בארץ למכשיר ניתן לראות את היצרן הצרפתי ונציגתו המקומית ספק בלעדי על כל המשתמע מכך.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים לפחות מיום הקליטה בפועל. האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות היצרן.

תסופק ספרות הפעלה ושרות.

**הבהרה:**

לנוכח העובדה כי המכשיר הקיים משנת 1999 מושבת יש לפעול בדחיפות מול הספק לקבלת המכשיר על כל מרכיביו בדחיפות על מנת לאפשר חידוש הפעילות. החולים בשלב זה מופנים לטיפול מתוך לביה"ח.

סעיף תקציבי לרכישה - יואל הר אבן.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין+הצעת מחיר

העתק : פרופ' י. מויסייב