

המרכז הרפואי ע"ש ש.ה. שיבא

תל- השומר

| | |
|------------|----------|
| מט"ס | 05/09/17 |
| מספר המיון | 1038 |
| תאריך | 05/09/17 |

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: הוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

| מס' | מק"ט | תיאור פריט |
|-----|------------|---------------------------------|
| 2 | 1095079646 | MULTIDOCK |
| 1 | 1095079638 | T34L ADAVANCED SYRINGE INFUSION |
| | | |

| | |
|--|--|
| תיאור מהות ההתקשרות וכלל תפוצת התכונות של הסוכים השונים / העבודה | |
| עפ"י חו"ד מצ"ב מעגבר שושן | |
| | |
| | |
| | |

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| שם הספק | א.ל אריאל שיווק טכנולוגיות רפואיות |
| מספר ח.ב. / ח.צ. עמותה | 514832864 |
| מספר ספק שיבא | 60601 |
| ספק יחיד / ספק חוץ | _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ |
| אומדן / שווי ההתקשרות | \$18,270 + מע"מ |



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

4 בספטמבר 2017
מספרנו: עש/0352-2017
תיק: 1111-12, 4503

ד ת ו ר

לכבוד
מר גיל זר
גב' גילי נעים
2 א נ

נכבדי,

הנדון: הצטיידות 2017/אגף הילדים –
חוו"ד לרכישת משאבות מזרק זעירות
תוכנית עבודה 2017
הצטיידות אגף הילדים

1. בהמשך לסימוכין, תוכנית עבודה 2017 סעיף 30, יש לרכוש המכשיר הנ"ל בכמות 10 יח' עבור מחלקת יילודים.
 2. במחלקה משאבות מזרק מדגם T34 אשר נרכשו לפני כ-10 שנים. הציווד בלוי ותדירות התקלות לא מאפשרת פעילות תקינה.
 3. מדובר במכשור עירוני בעל מימדים ומשקל מינימליים (אורך משאבה כ-20cm ומשקלה נמוך מ-0.5kg), המתאימה למזרקים בנפח של 2-60ml ומספקת עירווי בטווח קצב של 0-1500ml/h.
 4. מומלץ לממש הצעת מחיר PQ17000203 של חבר'ת Medicore לדגם T34L תוצרת CME. ההצעה כוללת את משאבת העירווי ודוקינג לתלייה על עמוד, יש לממש ההצעה במלואה בכמות 10 יחידות.
- דגם T34L הינו הדגם העדכני והמתאים ביותר של החברה. שימוש במשאבות מזרק סטנדרטיות, בדומה לאלו הנמצאות בשימוש ברוב מחלקות בית החולים, נפסל מכיוון שהמכשור מורכב, מאסיבי ובעל נפחי פעולה לא מתאימים לשימוש במחלקת יילודים. בהתאם לכך, ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.
- יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.
- יש לדרוש תקופת אחריות מרבית לחלפים ולעבודה מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל (תקופת האחריות המינימלית לא תפחת מ-24 חודשים). תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן.

ב ב ר כ ה,

ענבר אמוץ-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתקים: גב' ענת מושקוביץ
גב' מירב וידאל