

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הכרזות
יחידה מזמינה:	J. S. (ש.א.ק.)
תאריך:	09/10/17

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הכדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל תוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095059135	HEMOFILTRATION MACHINE-AQUARIUS

תיאור מזהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	אי.סי.טי
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512336066
מספר ספק בשיבא	2952
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד ✓ _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$41,820 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

דחוף

3 באוקטובר 2017
מספרנו: עש/2017-0384
תיק: 1003, 7012-3

לכבוד
מר גיל דר
גבי גילי נעים
כאן

הנדון: טיפול נמרץ נשימתי - חוו"ד לרכישת מכשיר המופילטרציה -

צו השעה

דוא"ל דר' יעל חביב מיום 18.09.17 ומיום 03.10.17
דוא"ל חברת ACT מיום 06.09.17

1. מערכת המופילטרציה מספר ME008620 אשר נרכשה בשנת 2007 נמצאה תקולה. אין כדאיות כלכלית בתיקון המערכת מכיוון ועלות התיקון מהווה כ-40% מעלות מכשיר חדש ובשל גיל המכשיר והסיכוי לתקלות חוזרות כתוצאה מבלאי (ראה דוא"ל נציגת היצרן). בהתאם לאמור, נדרשת רכישת המכשיר שבנדון בכמות של 1 יח. המערכת הקיימת תושבת.

2. הטיפולים השונים המבוצעים במכשיר:

- CVVH - המופילטרציה.
- CVVHD - המודיאליזה.
- CVVHDF - המודיאפילטרציה (שילוב של המופילטרציה והמודיאליזה).
- SCUF - אולטראפילטרציה.
- TPE - החלפת פלסמה.
- Hemoperfusion.

3. הדרישות המרכזיות מן המכשיר:

- המכשיר והציוד המתכלה מתאימים למבוגרים ולילדים.
- כולל מחמם נוזלים אינטגרלי (הצנרת גם כן אינטגרלית במכשיר).
- סוללת גיבוי המספקת גיבוי במקרה הצורך עד תחילת פעולת גנרטור החירום.
- כולל 2 משקלים: תמיסת החזר ופילטראט.
- מאפשר שימוש בתמיסת החזרים סטנדרטית הניתנת לרכישה מכל יצרן.
- יכול משאבת ציטראט לאנטי-קואגולציה חוץ גופית (בין היתר למניעת קרישה בפילטר). המשאבה עובדת במקביל למשאבת קלציום המפצה על ירידה ברמות קלציום בדם הנגרמת בשל השימוש בציטראט.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

- אפשרות מעבר בין סוגי הטיפולים השונים ללא החלפה של הסט. מטופל הסובל מ-ARF (אי ספיקת כליות) ייתכן וידרשו מספר סוגים שונים של תרפיות במהלכן של 72 שעות.

- בקרת לחצים, אוויר בצנרת ומתן הפרין.

4. יש לממש הצעת מחיר PQ17000157 של חב' ACT medical עבור מכשיר Aquarius RCA תוצרת NIKKISO.

5. ביחידת טיפול נמרץ נעשה שימוש תכוף במכשירים אלו. על פי מכתביה של דר' יעל חביב, לא ניתן להמשיך הפעילות הסדירה ללא החלפה מיידית של המכשיר התקול. בשל צו השעה, מבקשת דר' יעל חביב רכישת מערכת מדגם Aquarius RCA אשר כבר מוכרת כמתאימה לכל צרכי היחידה והצוות כולו הודרך ומנוסה בתפעולה. יש לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.

6. הרכישה תמומש במסגרת תכנית הצטיידות 2017, סעיף 39.

יש לממש הרכישה בדחיפות כצו השעה.

יש לדרוש תקופת אחריות מרבית לחלפים ולעבודה מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל (תקופת האחריות המינימלית לא תפחת מ-24 חודשים). תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים תקופתיים בהתאם לחוראות היצרן.

בברכה

ענבר אמונץ-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעה

העתק: דר' יעל חביב