

היא לא כן או כן

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתק"

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

משרד החקלאות	החקלאות
יחידה מזמין/מסן	וטרנרי
תאריך חוות דעת	06.02.2017
בקשה מס' (פנימי):	

אלי: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חש"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

שירותים ביצוע עבודה

טובין

שם הספק:	מספר ח' מעבודת ח'
מספר הספק (ח.פ./צ.ע.מ/מספר עמותה)	
ספק זה הנו:	<input type="checkbox"/> ספק חוץ <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד
אומדן / שווי ההתקשרות:	2017
תקופת ההתקשרות:	2017

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

מכשיר לבדיקת ריכוז דוגמאות + קורא פלואורסצנטי

Minimum Sample Size	0.5 µL
Pathlength	0.5 mm (auto ranging to 0.02 mm)
Light Source	Pulsed Xenon flash lamp
Detector Type	2048 element CCD
Wavelength Range	190-840 nm
Wavelength Accuracy	0.5 nm
Spectral Resolution	1.5 nm (FWHM at Hg 253.7 nm)
Absorbance Precision	0.015 AU (1 cm), or 1%, whichever is greater
Absorbance Accuracy	1.5% at 0.75 AU at 260 nm
Absorbance Range	0.015 - 750 (1 cm equivalent)
Detection limit	0.04 mg/ml BSA; 0.5 pg/µl dsDNA
Maximum Concentration	1125 mg/ml BSA; 37500 ng/µl dsDNA
Lower Sample Surface Material of Construction	303 stainless steel and sapphire window
Upper Sample Surface Material of Construction	303 stainless steel and quartz fiber

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

א. להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשורת, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)

3. נימוקים והערות נוספות

האמצעים שבהם נערכו הבדיקה: איתור הספקים הנוספים נעשה על ידי חיפוש באינטרנט, התכתבות, פגישות ושיחה עם ספקים נוספים, ובנוסף, נעשתה הדגמה של המכשיר הספציפי אצלנו, והדגמת מכשירים מקבילים במחלקה לפרויטולוגיה.

ממצאי הבדיקה ונימוקים לייחודיות המוצר של מעבדות חי:

- לספק זה יש על המכשיר גם אופציה לקריאת פלאורוסנציה, מה שאין למתחרים. מכיוון שאני הולך לקראת פרויקט של Next Generation Sequencing ישנה חשיבות רבה לקבלת DNA, RNA, מני מזיהומים. הקריאה הפלאורוסנטית תאפשר בדיקה של רמת הניקיון של הדגמה.
- לספק זה יש מכשיר עם טווח הרגישות הגבוה ביותר בשוק (מינימום של 0.5 pg/μl dsDNA). רגישות זו מאפשרת כימות DNA גם במקרים בהם היבל שהתקבל נמוך מאד.
- למכשיר זה יש ארבעה פילטרים בקריאת פלאורוסנציה, מה שיאפשר לי שימוש בסמנים שונים.
- מכשיר זה הנו פתוח לשימוש קיטים פלאורוסנטים מסחריים, לעומת מכשיר פלאורוסנטי (נפרד) מתחרה שמוגבל לקיטים ספציפיים.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור נומכר. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב.

ד"ר דויד קורנספן	חוקר במחלקה לבקטריוולוגיה	ק"י קהן חגימה
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	