

51-05-2017

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

משרד החקלאות	החקלאות
יחידה מזמינה/מכון:	מכון וטרנרי
תאריך חוות דעת:	22.03.2017
בקשה מס' (פנימי):	

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות

שירותים ביצוע עבודה טובין x

שם הספק:	הורדין ביוטק בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה):	ח.פ. 514073667
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	1,103,778 ₪ כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	12 חודשים

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

אנחנו מבקשים מהוועדה הנכבדה אישור לרכישה של 100,000 בדיקות על פי הצעת המחיר המצורפת בשימוש בערכת בדיקת נוגדנים לברוצלה בשיטה של Fluorescence Polarization Assay (FPA). מובא בזאת כי כבר רכשנו את הערכה המבוקשת בעבר, במספר רכישות שבוצעו בקצובות עולות של מספר הבדיקות המבוקש בהזמנה היחידה, החל מ 5,000 בדיקות שבקשנו בחודש דצמבר 2014, 20,000 בדיקות בחודש ינואר 2016, 20,000 בדיקות בחודש מאי 2016, 50,000 בדיקות בחודש אוגוסט 2016 ו- 50,000 בדיקות בחודש דצמבר 2016.

למרות הצבת יעד לבדיקת המוניות בשיטת ELISA, שלצורכה נרכש והותקן במעבדה רובוט, עדיין קיים פיגור ביכולת לממש את השימוש ברובוט בזמן הקרוב (ראה מכתבו של מנהל החטיבה לבקטריולוגיה, פרופ' דני אלעד). מאידך, משרד החקלאות והשרותים הווטרנריים (שו"ט) ומצאים בויצומו של מבעט בינור ברולוזיס המבוסס רובו ככולו על יכולת המעבדה לבצע בדיקות סרולוגיות המוניות.

מבחן ה- FPA הוכיח עצמו במהלך הזמן שעבר כשיטה יעילה, מהירה ובעלת התכונות לבדיקות המוניות אלו.

לרשימת עומדים כרגע כ- 40,000 בדיקות. להערכתנו, קצובה זו תמומש עד לתחילת מאי 2017 וילא חידוש מלאי הבדיקות המעבדה תושבת.

אנו מתנצלים בפני הוועדה הנכבדה לפנייתנו זו, אך ברור כי אי רכישה בזמן של בדיקות FPA מסתות תעמיד בסכנה של אי עמידה בתכנית ברולוזיס נגב שבאחריות השו"ט.

לאור האמור, נודה לוועדה על עזרתה בהרשאה לרכישה נוספת של הבדיקות כמוצע בהצעת המחיר המצורפת. יובא לידיעת הוועדה הנכבדה כי הערכה של ה FPA מיובאת על ידי חברת הוריצון, כספק יחיד (מכתב מצורף).

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה)

מגיש הצעת המחיר מצרף כתב בלעדיות לשיווק הערכה בארץ

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)

למיטב ידיעתנו לא נמצאו ספקים אחרים בחיפוש שערכנו.

3. נימוקים והערות נוספות

השיטה מונאיבנה ביותר לעבודה במעבדה היות ויש לנו מכשיר קורא FPA שהינו רובוט ומנהל את כל תהליך הבדיקה בלחיצת כפתור אחת עד לכתיבת התוצאה (סה"כ 92 בדיקות במיקרופלטה אחת, יתר 4 הבאריות מנוצלות להשוואה לסרום ייחוס שלילי וחיובי, בהתאמה. משך בדיקת מיקרופלטה, 92 בדיקות יחידות, כ 30 דקות. כיום, שיטה זו היא היחידה שעונה לצרכי אבחון ברוצלזיס של המכון הוטרנרי בשל התכונות של מהימנות, מהירות והיכולת לבדוק מספר רב של בדיקות ביום. קיים יצרן אחד בלבד המייצר את הערכות הללו, כאשר חברת הוריצון ביטק בע"מ הנה נציגתו הבלעדית בישראל.

פרופסור אלעד, מנהל המהלקה פיתח תכנת אקסל שמגבירה את קצב ההעברה של תוצאות הקריאה ברובוט לגליון משלוח התוצאות. בשימוש שעשינו עד כה עם הערכה והפיתוח של פרופסור אלעד, הוכחנו כי ניתן לעמוד ביעד של עד כ - 2000 בדיקות ביום, בעבודה משותפת של שלושה עובדים. למיטב שיפוטנו, ללא השימוש בערכה המבוקשת לא ניתן יהיה לישבת את צרכי השו"ט בקצב המתוכנן.

לאור הנימוקים שהניחי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר דויד קורנספן	חוקר במעבדה לבקטריוולוגיה	ד"ר דויד קורנספן
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית