



# מדינת ישראל

## משרד החקלאות ופיתוח הכפר

### ועדת המכרזים המרכזית

הנדון: פטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) התקשרות עם "ביו לאב" –  
רכישת סולבנטים לשנים 2017-2018 מסוג: Acetone,  
Propanol, Water HPLC, Methanol ועוד.

החלטת וועדה מיום 6/9/2017  
ח.פ. 510689813

### פרוטוקול

1. בפני הוועדה בקשת היחידה לאשר לה התקשרות עם חברת "ביו לב בע"מ" זאת לצורך רכישת סולבנטים כמפורט במסמכים המצורפים.
2. לפרוטוקול מצ"ב מסמכי הנמקה מאת היחידה חתומים ע"י ד"ר לילא שיני חגי יחיא, מנהלת אגף א' לכימיה ותכשירי הדברה להיות "ביו לב", ספק יחיד בנסיבות העניין.
3. עיקר ההנמקה להיותה של החברה ספק יחיד הנה כי חברה זו המייצרת סולבנטים המשולבים בתקני ה-ISO המחייבים במעבדות הגה"צ.
4. לאור האמור והמפורט במסמכים, מאשרת הוועדה את מתן הפטור על בסיס תנאי תקנה 3 (29) כאמור בכפוף לחובת פרסום.
5. סה"כ היקף ההתקשרות הנו 40,552.20 כולל מע"מ. החברה הגישה הצעת מחיר ביום 26/7/2017 המצ"ב ובה מחיר ליחידות **בודדות** של סולבנטים שונים.
6. ההתקשרות מותנית בכך כי לא תתקבלנה השגות.
7. ההתקשרות כפופה להוצאת **הזמנת עבודה** חתומה ע"י מורשי החתימה של המשרד ותעשה מיום החתימה על הזמנת עבודה ועד ליום 31/12/2018 (ע"י חשב המשרד).
8. תוקף הפטור הנו מיום קבלת החלטה זו ועד ליום 31/12/2018
9. יובהר כי בהתקשרות דומה שנערכה בשנת 2015 הסבה את תשומת הלב ועדת לכך כי על היחידה ומנהליה יבצעו דיון עקרוני באשר לקושי העולה מן העובדה שהליך הוולידציה כובל בהכרח את המשרד לעבודה עם ספקים מסוימים. דיון מעין זה צריך לפרוס את כל קשת השיקולים ולבחון חלופות שיאפשרו בסופו של יום להשיג הן את קיומה של **רגולציה ברמה גבוהה** והן מאידך את השגת המטרות שבבסיס דיני המכרזים: קרי יעילות כלכלית ותחרות במשק (שוויון מול מציעים אפשריים).

10. למיטב הידיעה, דיון כאמור לא נערך. ברם, מזה כשנה ומחצה מקודם תהליך הנוגעים להרחבת תכולת הפטורים של תקנות חובת המכרזים על האפשרות לרכש ציוד מעבדתי דוגמת הסובלנטים מושא פרוטוקול זה. ההרחבה המוקדמת מבוצעת בין היתר לאור ההכרה, כי רכשית ציוד מעבדתי אינו דומה לרכישת מוצרי מדף סטנדרטיים ויש פעמים שהרוכש כבול בהכרח לדגם או יצרן ספציפי (כדוגמת רכישה זו).

11. לאור המפורט חוזרת ועדת המכרזים של הנחייתה משנת 2015 לבצע דיון פרטני בשאלת הוולידציה, אך זו הפעם בשים לב עם המהלכים המתקמים להרחבת תכולת הפטורים לרכש ציוד מעבדתי. בדיונים כאמור יש לתת את הדעת גם לתרחיש בהן לא יחנל שינוי מהותי בתחולת או פרשנות התקנות, ובהינתן שכך – לטקס עצה כיצד נמנעים ככל האפשר מכבילת המשרד לספק או יצרן אחד בלבד.

נציג היחידה

תמי סעד  
ס/חשבת

עו"ד בנדרמן אורי  
נציג היועץ המשפטי

אוהד דגמי  
יו"ר הועדה

**שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ**

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

אל: ועדת המכרזים

משרד:	חקלאות
יחידה מזמינה:	הגנת הצומח
תאריך:	15/08/17

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה  (29)3 /  (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)**

רכישת ממסים מחברת ביו לב בע"מ


האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

ביצוע עבודה

שירותים

טובין

שם הספק:	ביו-לב בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.ע.מ/מספר עמותה)	510689813
ספק זה הנו:	<input type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	40552.20 ש"ח
תקופת ההתקשרות:	עד אוגוסט 2018



פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר הוראה: 7.8.2

פרק משני: פטור ממכרז

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

1. נימוקים והערות נוספות

במעבדות הכימיה בהגה"צ נבדקים חומרי הדברה באמצעות מכשירים אנליטיים שונים.

שלב הכנת הדוגמאות והאנליזה ע"י מכשירי LCMS MS/MS HPLC כרוך בשימוש בממסים אורגניים.

הפעלת המכשירים השונים מחייבת עבודה עם ממסים בעלי דרגות ניקיון גבוהה המותאמת לסוג המכשיר (HPLC, ULC/MS).

בנוסף, שיטות העבודה במעבדות הכימיה הינן מוסמכות בהתאם לתקן ISO17025 שמחייב עבודה בהתאם להוראות העבודה המאושרות בין היתר בשימוש בממסים תוצרת ביו לב (כל שינוי קטן בשיטות מחייב תיקוף מחדש לכל השיטות המשמשות לאורך שנות הפעילות של המעבדה).



בממסים תוצרת חברת ביו-לב הנמצאים המתאימים ביותר לשיטות הבדיקה, לא נצפו תקלות כתוצאה משימוש בממסים אלה. מצורף מכתב מחברת ביו-לב.

בחירת הממסים מחברת ביו-לב הסתמך בזמנו על השוואת ממסים שונים בשלב של פיתוח השיטות ועל פי התוצאות נמצא כי ממסים מחברת ביו-לב הם המתאימים ביותר. לדוגמה, איכות הממסים הינו נושא קריטי בתהליך פיתוח השיטות מכיוון שכל שינוי באיכות הממס גורם לזיהום מערכות MS/MS HPLC. לעומת זאת, השימוש בממסים בעלי איכות ירודה גורמת לזיהום וסתימת צנרת במכשירים האנליטיים אשר גורם נזק רב למערכת ותיקונה עולה הרבה כסף.

יש לציין שחברת ביו-לב הינה יצרנית ישראלית, במיוחד עקב משברים עולמיים שהיו בעבר בתעשייה עקב המחסור באצטוניטריל.

אנו מבקשים לרכוש את ממסים תוצרת חב' ביו לב.

בכבוד רב,

	מנהלת המעבדה לתכשירי הדברה	היבא חאג' יחיא
	מנהלת אגף א' (כימיה ותכשירי הדברה)	ד"ר לילא שיני-חג' יחיא
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית