

שלום שאול מנשה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

תאריך עדכון אחרון: 18/09/2017

פניה לפרסום כוונה להתקשרות, טרום החלטת ועדה

מספר פניה:	604002	סטטוס פניה:	טרום החלטת ועדה
מגיש הפניה:	שאול מנשה	תאריך פרסום:	18/09/2017
מספר הליך של המפרסם:		משרד החקלאות ופיתוח הכפר	
* יחידה:		התקשרות עם חברת "מרקל טכנולוגיות בע"מ" - שדרוג תחנת עבודה ואיסוף נתונים ואנליזה	
תאור מהות הפניה:		ציוד מעבדה, מדידה ואביזרים נלווים	
* נושא:			
(בחר לפחות נושא אחד)			
* שווי התקשרות (לרבות מיסים)	64,718.55	מטבע	שקל
* תקופת התקשרות מ:	18/09/2017	תקופת התקשרות עד:	31/07/2018
* בקשת הפטור מסתמכת על תקנה:	3(29) [התקשרות עם ספק יחיד]		
תקנה תקציבית למימון ההתקשרות:	33010202		
<input type="checkbox"/> ספקים מרובים/ספק חוץ?			
* מספר ספק עזרה:	512738824	שם ספק:	מרקל טכנולוג'יס בע"מ
* איש קשר לקבלת השגות מהציבור:			
* שם:	שאול מנשה	דואר אלקטרוני:	tenders@moag.gov.il
* תאריך אחרון להגשת ההשגה:	15/10/2017	נא לחשב 14 ימי עבודה באופן ידני	
מסמכים:			
מסמך חוות דעת מקצועית			

חתימת מורשה פרסום



מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת המכרזים המרכזית

הנדון: פטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) התקשרות עם "מרקל טכנולוגיות בע"מ" – שדרוג תחנת עבודה ואיסוף נתונים ואנליזה

ח.פ. 512738824
החלטת הוועדה מיום: 18/9/2017
שווי התקשרות: 64,718.55 ₪ כולל מע"מ
תוקף: 18/9/2017-31/7/2018

פרוטוקול

1. בפני הוועדה בקשת היחידה לאשר לה התקשרות עם חברת "מרקל טכנולוגיות בע"מ" זאת לצורך רכישת השירות שבנדון.
2. לפרוטוקול מצ"ב מסמכי הנמקה מאת היחידה חתומים ע"י ד"ר שלמה בלום, להיות "מרקל", ספק יחיד בנסיבות העניין. המסמכים מפורטים דיים ולא מצאנו לנכון להוסיף על האמור בהם.
3. לאור האמור והמפורט במסמכים, מאשרת הוועדה את מתן הפטור על בסיס תנאי תקנה 3 (29) כאמור בכפוף לחובת פרסום.
4. שה"כ היקף ההתקשרות 64,718.55 ₪ כולל מע"מ. המחיר הנ"ל הנו על יסוד הצעות מחיר של החברה מיום 9/7/2017 המצ"ב.
5. ההתקשרות מותנית בכפוף לחובת פרסום ובתנאי כי לא תתקבלנה השגות.
6. ההתקשרות כפופה להוצאת הזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי החתימה של המשרד ותעשה מיום החתימה על הזמנת עבודה ועד ליום 31/7/2018.
7. תוקף הפטור הנו מיום קבלת החלטה זו ועד ליום 31/7/2018.

נציג היחידה

ראני נוג'ידאת
ס/חשב

עו"ד בידרמן אורי
נציג היועץ המשפטי

אוהד דגמי
יו"ר הוועדה

י"דו ה"ק"ב
מ"כ 31/7/18

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

משרד החקלאות	
יחידה מזמינה/מכון:	מכון וטרנרי
תאריך חוות דעת:	13/09/2017
בקשה מס' (פנימי):	

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

טובין שירותים ביצוע עבודה

מרקל	שם הספק:
512738824	מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)
<input type="checkbox"/> ספק חוץ	ספק זה הנו: <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד
64,718.55 ₪ כולל מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:
31/07/2018	תקופת ההתקשרות:

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

מכשיר FACSCalibur עובד בשיטת flow cytometry (אפיון תאים בזרימה), ומשמש לבדיקות שונות כגון אפיון והתפלגות תאים, הגבת תאים לגירויים שונים, מבחני אלימות של מיקרואורגניזמים ועוד. כיום עיבוד הנתונים שנאספים במכשיר נעשה בתחנת עבודה מקורית מסוג Macintosh משנת 2002. תחנת עבודה זו וכן התוכנה לעיבוד נתונים ישנות. כיום ישנן תוכנות יותר ידידותיות ואשר מאפשרות עיבוד נתונים ברמה טובה ומתקדמת יותר, מה שלא מתאפשר בתוכנה המקורית והישנה. כמו כן, האפשרות להעביר תוצאות מתחנת העבודה Macintosh להמשך עיבוד במחשבים שעובדים עם מערכת Windows היא מוגבלת עד בלתי אפשרית במערכת הקיימת כרגע. על כן, אנחנו מבקשים: א) לשדרג את תחנת העבודה למחשב PC (וב) לשדרג את תוכנת עיבוד הנתונים. השדרוג כרוך בהחלפת חלקים מסוימים במכשיר FACSCalibur, אותה אנחנו גם מבקשים לבצע. השדרוג חיוני להמשך פיתוח יישומים של שיטת ה-flow cytometry במכון הווטרנרי. עלות מכשיר חדש כ-120,000 דולר ולכן ההחלטה היא לשדרג את המכשיר הקיים.

ספק שירות השדרוג הוא ספק יחיד.

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ


נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

1. מכשיר FACSCalibur מתוצרת Becton-Dickinson. לאחר פנייה לחברה, הופנינו לשני ספקי שירות מורשים: Bactlab ו-Merkel, אליהם פנינו.
2. מספק Bactlab התקבלה תשובה שאינו מבצע את השדרוג לתחנת עבודה PC (מצורף).
3. מספק Merkel התקבל אישור על כך שהוא ספק יחיד אשר מבצע את השדרוג הנ"ל (מצורף).
4. ספק Merkel הוא הספק לתיקונים ותחזוקה של המכשיר הנ"ל.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.
חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	רופא וטרינרי (בקטריולוגיה)	דר' שלמה בלום
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית