


תאריך עדכון אחרון: 07/05/2017

שלום שאול מנשה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

פניה לפרסום כוונה להתקשרות, טרום החלטת ועדה

מספר פניה:	597301	סטטוס פניה:	טרום החלטת ועדה
מגיש הפניה:	שאול מנשה	תאריך פרסום:	07/05/2017
מספר הליך של המפרסם:		משרד החקלאות ופיתוח הכפר	
* יחידה:		התקשרות עם חברת "דובר מכשור רפואי" בעבור יחידת השירותים להגנת הצומח	
תאור מהות הפניה:		ציוד רפואי	
* נושא:			
(בחר לפחות נושא אחד)			
* שווי התקשרות (לרבות מיסים)	20,352.00	מטבע	שקל
* תקופת התקשרות מ:	03/05/2017	תקופת התקשרות עד:	31/12/2017
* בקשת הפטור מסתמכת על תקנה:	(29)3 [התקשרות עם ספק יחיד]		
תקנה תקציבית למימון ההתקשרות:	33010202		
<input type="checkbox"/> ספקים מרובים/ספק חוץ?			
* מספר ספק עזרה:	510658404	שם ספק:	דובר - מיכשור רפואי ומדעי
* איש קשר לקבלת השגות מהציבור:		דואר אלקטרוני:	tenders@moag.gov.il
* שם:	שאול מנשה	נא לחשב 14 ימי עבודה באופן ידני	
* תאריך אחרון להגשת ההשגה:	24/05/2017		
מסמכים:			
מסמך חוות דעת מקצועית			

חתימת מורשה פרסום





מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת המכרזים המרכזית

הנדון: רכישת בסיס עבודה לבינוקולר עם תאורת לד מתוצרת
LEICA, וכן מתאם St Adapter column on TL Bases - התקשרות
עם חברת "דובר מכשור רפואי" בעבור יחידת השירותים להגנת
הצומח - פטור ספק יחיד 3 (29) – מאי 2017
החלטת הוועדה מיום: 3/5/2017
ח.פ. 510658404

פרוטוקול

1. בפני הוועדה בקשת היחידה לאשר לה את התקשרות לרכישת הטובין שבנדון.
2. מסמכי הבקשה וההנמקה להיות הספק חברת "דובר מכשור רפואי" ספק יחיד בנסיבות העניין מצ"ב וכן חוות דעת מקצועית חתומה ע"י הגב' ולריה ספליארסקי. המסמכים מפורטים דיים ולא מצאנו לנכון להוסיף על האמור בהם. כמו כן צורף אישור החברה היצרנית LEICA להיות "דובר מכשור רפואי" משווק מורשה מטעמים בישראל. להצהרת היחידה אין בנמצא בישראל משווקים נוספים לציוד זה.
3. הוועדה מאשרת אפוא את הפטור כמבוקש מכוח תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים בכפוף לפרסום, ובכפוף היעדר השגות.
4. עלות ההתקשרות הנה: 20,352 ₪ כולל מע"מ. הנקוב הנו על יסוד הצעת מחיר של החברה מיום 26/2/2017 המצ"ב לפי עלות כוללת של 4,733 יורו.
5. ההתקשרות בתוקף מיום הוצאת הזמנה לרכש טובין חתום על ידי מורשי החתימה במשרד ועד ליום 31/12/2017
6. תוקף הפטור מיום פרוטוקול זה ועד ליום 31/12/2017
7. הפטור כפוף לחובת פרסום ותקף בהיעדר השגות.

נציג היחידה

תמים סעד
ס/חשבת

עו"ד בידרמן אורי
נציג היועץ המשפטי

אוהד דגמי
יו"ר הועדה

ינקו רבינוביץ', חבר

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

אל: ועדת המכרזים

משרד:	חקלאות
יחידה מזמינה:	הגה"צ
תאריך:	30/03/17

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"מ מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)

1. בסיס עבודה לבינוקולר עם תאורת לד LEICA TL5000 ERGO TRANSMITTED
 2. מתאם ST Adapter column on TL Bases

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	דובר מיכשור רפואי בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	510658404
ספק זה הנו:	X ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	4733 יורו = לפי 4.3 = 20,352 ש"ח
תקופת ההתקשרות:	2017

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)
 נא להתייחס לסעיפים הבאים:

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

חברת דובר הינה היבואנית הבלעדית למוצרים של חברת Leica בכל הנוגע למדעי החיים, כפי שמוצגה על ידי חברת Leica העולמית (המכתב צורף גם למסמכים הנלווים לוועדת המכרזים!!!). אין צורך וטעם לפנות לגופים או לחברות נוספות מכיוון שהבינוקולור המצוי ברשותינו שייך לחברת Leica ורק היא יכולה לספק משטח עבודה חלופי מתאים שיעבוד בהרמוניה מוחלטת עם שאר חלקי הבינוקולור.

במתקנים מיקרוסקופיים תאורת לד הינה חיונית לאבחון האברונים הרלוונטיים לזיהוי חרקים בכלל ופרפראים בפרט, כדי להרכיב את תאורת הלד יש צורך במשטח מכני שעליו מונחת התאורה.

חברה דובר מיכשור רפואי בע"מ הינה החברה הבלעדית בארץ.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהלת תחום טקסונומיה (פרפרים, כנימות העש)	ולריה ספליארסקי
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית