



מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת המכרזים המרכזית

הנדון: פטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) התקשרות עם חברת "לבנט טכנולוגיות בע"מ" לתיקון מקפיא סוג Revco – המכון הווטרינרי ח.פ. 510021884

החלטת הוועדה מיום 29.8.2017

פרוטוקול

1. בפני הוועדה בקשת היחידה לאשר לה התקשרות עם חברת "לבנט" לצורך, תיקון מקפיא מסוג Revco במעבדה לאבחון ויראלי במכון הווטרינרי.
2. לפרוטוקול מצ"ב מסמכי הנמקה מאת היחידה להיות ההתקשרות עם החברה "ספק יחיד" בנסיבות העניין והסבר לעניין. המסמכים מפורטים דיים ולא מצאנו לנכון להוסיף על האמור בהם.
3. לאור האמור והמפורט במסמכים, מאשרת הוועדה את מתן הפטור על בסיס תנאי תקנה 3 (29) כאמור בכפוף לחובת פרסום.
4. כמו כן מצ"ב אישרו החברה היצרנית להיות "לבנט" משווק מורשה מטעמם. להצהרת היחידה אין בישראל משווקים נוספים למוצרי היצרן, זולת "לבנט".
5. סה"כ היקף ההתקשרות הנו 33,754.5 כולל מע"מ.
6. מחיר מבוסס על הצעת המחיר של החברה המצ"ב מיום 24.7.2017. (על אף שתוקף הצעת המחיר הינו ל-30 יום קרי עד ליום 24.8.2017, נציג היחידה יצר קשר עם החברה ואשרר תוקפה)
7. ההתקשרות מותנית בכך כי לא תתקבלנה השגות.
8. תוקף ההתקשרות הנו לשנה אחת מיום חתימת מורשי החתימה של המשרד על טופס ההזמנה.
9. תוקף הפטור הנו מיום קבלת החלטה זו ועד ליום 31/12/2017.

חנאן טוחי, עו"ד

מ.ר. 41911

ממונה - יועץ משפטי

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עו"ד חנאן טוחי

נציג היועץ המשפטי

אוהד דגמי

יו"ר הוועדה

נציג היחידה

ראני נוג'ידאת
ס/חשב המשרד

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

משרד החקלאות	
יחידה מזמינה/מכונן:	
תאריך חוות דעת:	14.6.17
בקשה מס' (פנימי):	

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

ביצוע עבודה

שירותים

טובין

שם הספק:	לבנט טכנולוגיות בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	510021884
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	33,754.5 ש"ח, כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות	מידי

יאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

כללי:

מקפיא 150- מ"צ הינו כלי חיוני בעבודתנו. תפקידו לשמש אחסון עבור תאים ראשוניים הנחוצים לשם בידוד ואיפיון מספר נגיפים. בעבודתנו אנו, אין תחליף לשימוש במקפיא האמור.

לצערנו, למרות התרעותינו החוזרות והנשנות על כי הפסקות זרם ושינויים במתח החשמלי הינם הרסניים וכי אין לבצע עבודות תחזוקה ללא מערכת גיבוי מתאימה, עבודות בתשתית החשמל ("תיקונים") הביאו למזקים חמורים במכשיר.

החברה היחידה בעולם המייצרת מקפיא מסוג זה הינה REVCO שנציגתה הבלעדית בישראל הינה חברת לבנט – נא ראה מצורף אישור בנידון.

מתוקף ייחודיותו של המכשיר, לא רק שהחלקים הינם ייחודיים לו ואינם מיוצרים ע"י גורם אחר, אלא שגם שתערובת הגזים גם היא ייחודית למכשיר והרכבה הוא מידע המצוי אך ורק בידי היצרן.

תיקון המכשיר דורש הבאה של חלקים מקוריים והבאה של גז ייעודי – והכל ישירות מהיצרן.

עלות התיקון 33,754.5 ₪ נמוכה משמעותית מרכישת מכשיר חדש (כ- 150,000 ₪). היות והמכשיר הינו בן כשלוש שנים, הרי שצפויים לו "חיים" של עוד 15 שנים (לפחות).

לסיכום: משום ייחודיותו של המכשיר ולאור העובדה כי אין בנמצא חלקים או מרכיבים תחליפים, ולאור הכדאיות הכלכלית בהשמתו – אבקש להכיר בחברת לבנט כספק יחיד ולאשר את ביצוע התיקון הנדרש.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

- חיפוש באינטרנט

- בדיקה עם ספקים (אקס לאב)

- בדיקה עם טכנאים מקצועיים בתחום הקפאה עמוקה (קרור פלוס, נוף-גרין)

2. ממצאי הבדיקה

לאחר הבדיקה עם ספקים אחרים, נמצא כי חב' לבנט היא הספק היחיד לתיקון המקפאי.

3. נימוקים והערות נוספות

א. תיקון המקפאי נדרש בהקדם האפשרי, שאם לא כן תפסק בדיקת אותם נגיפים הדורשים תאים ראשוניים. הפסקת הבדיקות תוביל לאיבוד שליטה, חוסר יכולת לנקוט צעדים שלטוניים ולהחמרת הנזקים.

ב. כמו כן מבקשת היחידה לפטור את הבקשה מחובת פרסום ספק יחיד במערכת מנ"ף, וזאת לאור כל ההסברים שפורטו מעלה ובשל המציאות לפיה ביצוע הבדיקות צריך להתבצע מידית.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר אבי אלדר	מנהל מעבדה לאבחון ויראלי	א. צ. חתימה
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה