

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

משרד החקלאות	מינהל המחקר החקלאי
יחידה מזמינה/מכון:	נוה יער
תאריך חוות דעת:	03.07.17
פסור מס' (פנימי):	1563

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה X (29)3 / (31)3 לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

X טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ
מספר הספק: (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	510848690
ספק זה הנו:	X ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	996,075.90 ש"ח כולל מע"מ 17%
תקופת ההתקשרות:	מיום אישור ההזמנה

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

הנושא: רכישת ציוד אנליטי מתקדם מסוג "tandem-MS" – מס ספקטרומטר, בעסקת חליפין למכשיר אנליטי קיים שנרכש מחברת אלדן

ברשות המעבדה בנוה יער קיימת מערכת אנליטית LC-accurate mass TOF- MS (Liquid chromatography/time-of-flight/mass spectrometry) אשר נרכש מחב' אלדן (נציגה רשמית של היצרנית -Agilent) בסוף שנת 2010 במכרז פומבי 20/2010 בסך 1,335,392 ₪ כולל מע"מ.

המערכת הנ"ל מורכבת מ-2 מרכיבים גדולים:

1. כרומטוגרפיה נוזלית (Liquid chromatography-LC)-החלק שמאפשר דיגום והפרדה של הדוגמאות האנליטיות- מהווה כ-25% מעלות המערכת הכללית שנרכשה ואותה אנו משאירים בנוה יער ולא יכולים ולא רוצים להחליפו.
2. מס ספקטרומטר מסוג TOF-MS אותו אנו רוצים להחליף לטכנולוגיה מתקדמת מסוג tandem MS- בעלת יכולת לשבירת מולקולות היוצאות ממערכת הכרומטוגרפיה ומדידת גודלן לצורך זיהוי בטכנולוגיית quadrupole-TOF-MS. המכשיר מתקדם בהרבה מהקיים וחייב להיות בהתאמה מושלמת של חומרה ותכנה לרכיב הכרומטוגרפיה (חלק 1), כלומר חייב להיות דגם של חברת AGILENT.

חברת אלדן היא הספקית הרשמית של היצרן (חברת Agilent) והיחידה שיכולה למכור את המכשיר המבוקש ולגבות את העסקה עם צוות תמיכה בעל ניסיון והכשרת היצרן עבור מכשירי Quadrupole TOF-MS של חברת Agilent.

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתקבל, ככל שתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ


נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת:**
השתתפות בכנסים אנליטיים מקצועיים, שיחות והכרות עם מגוון הספקים לצידוד אנליטי מתקדם בישראל.

2. **ממצאי הבדיקה:**
מאחר ואנו מחויבים להתאים את הצידוד החדש למערכת הקיימת, אנו חייבים לרכוש MS מהיצרנית Agilent. הנציגים היחידים בארץ שיכולים למכור מד מסות בטכנולוגיית quadrupole-time of flight של חברת Agilent ולתת גיבוי של טכנאים בעלי ניסיון (לפחות 3 שנים) והכשרה של היצרן הם חברת אלדן.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מהנדסת מחקר – אחראית המערכת בנוה יער	דר' רחל דוידוביץ ריקנטי
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית