

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הכרטיאול בית לוס
יחידה מזמינה:	לחנן ז'סלני
תאריך:	8/10/17

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095079588	VIDEOGASTROSCOPE GIF-HQ190 EVIS EXERA III

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	

לא X

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	24,778 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

11 בינואר 2016
מספרנו: יש/2017-0373
תיק: 6-1130, 7005

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
כ א נ

נכבדי,

הנדון: מכון גסטרו – חוו"ד לרכישת וידאוגסטרוסקופ

39

המכשיר שבנדון, דגם GIF-H180, מס' סד' 2307526, תוצרת OLYMPUS, נשלח לתיקון עקב ראות לקויה ועדשה לא תקינה.

חברת מדטכניקה נציגת היצרן הבהירה כי יש שבר בעדשת CCD, עלות התיקון גבוהה מ-50% עלות המכשיר ולפיכך אין כדאיות כלכלית לתיקון.

בהתאם להסכם חוזה השרות המכשיר יושבת ובמקומו יירכש חדש בעסקת טרייד אין.

רצ"ב הצעת מחיר חב' מדטכניקה אותה מומלץ לממש, כאשר יש לנהל מו"מ על גובה ההנחה.

במכון הגסטרו מכשור מתוצרת OLYMPUS. לא ניתן לרכוש וידאוגסטרוסקופ מיצרן אחר זולת חב' OLYMPUS. לפיכך ניתן לראות היצרן ונציגתו המקומית ספק יחיד לרכישה זו.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתק: פרופ' א. אליקים