





**אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד**


מס' ועדה: <u>172039</u>	יחידה מזמינה: <u>מיקרוביולוגיה</u>
מהות הרכישה: <u>מכשיר אוטומטי לצביעת משטחים ACID FAST</u>	
סכום הרכישה מטבע ספק: <u>70,000 ש"ח (כולל מע"מ)</u>	ערך בשקלים: _____
ספק פוטנציאלי: <u>מדטכניקה בע"מ</u>	

הוועדה התכנסה בתאריך 19.7.12 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם  
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:

  
רו"ח שירי בן חיים

  
שמואל עמר

  
עוי"ד רות פרי

  
יוסי שחר

המרכז הרפואי תל-אביב  
מחלקת הנדסה רפואית  
טל: 03-6973208  
פקס: 03-6973440

16 בפברואר 2017

סימוכין: 10-02

לכבוד  
וועדת רכישות  
כאן

**הנדון: רכישת מכשיר לצביעת משטחים עבור המעבדה למיקרוביולוגיה**

במעבדה למיקרוביולוגיה נדרש מכשיר אוטומטי לצביעת משטחים בשיטת Acid Fast, על ידי ריסוס ישיר על הסליידים לצורך אבחון שחפת ומיקרובקטריות אחרות. המכשיר ישמש לצביעת חיידקים ונוזלי גוף כדי לראות אותם במיקרוסקופ וצריך להיות בלי זיהומים ועם אישור אמ"ר. מבדיקות שערכנו (התייעצות עם מומחים, שיחות עם ספקים, חיפוש באינטרנט) מתברר שרק לחברת מדטכניקה ישנו מכשיר ייחודי התואם את דרישות המעבדה המפורטות למעלה – מכשיר דגם Aerospray TB 7722, תוצרת חברת ELITechGroup. לידיעתנו אין חברה אחרת בשוק המוכרת מכשיר העונה לדרישות המעבדה המפורטות למעלה

לדעתי מדובר בציוד ייחודי, ולכן, לאור נתונים אלה, יש לראות בחברת מדטכניקה (הנציגה הרשמית של היצרן בארץ) ספק יחיד למקרה זה.

למכשיר אישור אמ"ר כנדרש.

בברכה,  
לנה גיסמן  
ראש צוות מעבדות  
מחלקת הנדסה רפואית