



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2 באוקטובר 2017
מספרנו: עש/2017-0382
תיק: 1-1113, 6518

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
כאן

הנדון: בייח שיקומי/מכון צעדים -
חוו"ד לרכישת מכשיר לאימון פלג גוף עליון
מכתב יצרן מיום 05.09.17

1. במכון צעדים נמצאת בשימוש מערכת שיקומית מדגם PABLO הכוללת:
 - מכשיר אינטראקטיבי לאימון ומדידה של תנועת מפרקים בפלג גוף עליון.
 - המכשיר מבצע מדידת כוח וטווח תנועה לאופני אחיזה שונים.
 - המכשיר משמש לפשיטה, כיפוף, סופינציה ופרונציה של היד.
 - חיבור USB למחשב לשם פעולות אינטראקטיביות שונות והצגת מדדים.
 2. במערכת מספר ME061845 נמצאה תקלה, בהתאם למכתב יצרן לא ניתן לתקן הרכיבים התקולים ונדרשת החלפת המערכת.
 3. מומלץ לממש הצעת טרייד אין Q172713 של חב' בפקס לדגם PABLO תוצרת Tyromotion. מכיוון ומדובר בתקלה בחומרה, התוכנה לא תוחלף במסגרת עסקת הטרדיד אין אלא תשודרג על ידי נציג היצרן.
 4. מכיוון ומדובר בעסקת טרייד אין ומאחר ולא ידוע על מערכות נוספות העונות לנדרש, יש לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.
 5. הרכישה תמומש במסגרת תכנית הצטיידות 2017, סעיף 39.
 6. יש לממש הרכישה לאחר משא ומתן אגרסיבי, זאת לאור העובדה כי מדובר במערכת חדשה אשר יצאה מאחריות לפני מספר חודשים בודדים.
 7. במועד אספקת המערכת החדשה, יש להעביר המערכת התקולה להנדסה רפואית להשבתה מידית.
- יש לכלול בהזמנה ספרי שירות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.
- יש לדרוש תקופת אחריות מרבית לחלפים ולעבודה מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל (תקופת האחריות המינימלית לא תפחת מ-24 חודשים).

בברכה

ענבר אמונץ-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+ הצעה