

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	(דכ"א 5)
יחידה מזמינה:	ח.ש.א.מ.כ.
תאריך:	07/06/14

קרן מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095079141	PADGETT MODEL S6 SLIMLINE ELECTRIC DERMATOME
1	1095079133	PADGETT MODEL S SLIMLINE ELECTRIC DERMATOME KIT

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)**

עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין  שירותים  ביצוע עבודה

שם הספק:	צמל יעקובסון
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512788373
מספר ספק בשיבא	5548
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	130,010 יורו+מע"מ





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

25 במאי 2017  
מספרנו: יש/2017-0197  
תיק: 1001, 1147

לכבוד  
מר גיל דר  
גב' גילי נעים  
כאן

נכבדי,

**הנדון: ח.ג. מרכזי - חו"ד לרכישת דרמטומים**

א. מכתבנו לייש/0042-17 + 0069-17  
ב. דוא"ל פרופ' חאייק מיום 24.5.17  
ג. דוא"ל יואל הר אבן מיום 24.5.17

1. מכתבינו לרכישת דרמטום שבסימוכין אי' בטלים.
2. בשימוש חדרי הניתוח דרמטומים מתוצרת חב' INTEGRA דגמי B PADGETT-חשמלי ו-PADGETT-C-1 פניאומטי.  
בפועל קיים מחסור של מכשור בכמות 10 יח'.  
פרופ' חאייק מבהיר בסימוכין ב' כי נדרש אך ורק מכשור חשמלי ומנסיונו העמידות של המכשור החשמלי בפעילות מעולה.  
דגמי המכשור העדכניים הנדרשים של היצרן INTEGRA הינם לדגמים S ו-S6 עבורם יש לראות את היצרן כספק בלעדי.  
הסברי פרופ' חאייק מקובלים ולפיכך קיים צורך ברכישת הכמות של 10 יח' אשר תתפלג כדלקמן:

- x1 יח' מדגם S6

- X9 יח' מדגם S

רצ"ב הצעות המחיר.

לנוכח הבהרותיו של פרופ' חאייק ניתן לראות ביצרן INTEGRA ספק בלעדי לנדרש. הניסיון וההיבט המקצועי אותם מבהיר פרופ' חאייק הינם בעלי משקל מכריע וחשוב לנוכח המיומנות המקצועית הגבוהה הנדרשת בביצוע הפעילות במכשור.

לא ידוע על יצרן שלו ראש קצירה ברוחב 15.2 ס"מ זולת חב' INTEGRA.



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

לגבי ראש קצירה ברוחב 10.16 ס"מ, הניסיון בפועל מלמד כאמור שאין תחליף לדגם  
.PADGETT

תינתן תקופת אחריות של שנתיים מיום הקליטה בפועל. תקופת האחריות תכלול  
ביצוע כל הטיפולים התקופתיים אם נדרש בהתאם להנחיות יצרן.

**הבהרות:**

- בידי חב' צמל נציגת היצרן INTEGRA 3 מכשירים מדגמי B ו-C תקולים.  
מאחר וניתנה בהצעת המחיר לדגם S הנחה בשיעור 20% בעסקת TRADE-IN, ניתן  
לסכם כי המכשור התקול ישמש לצורך מימוש העסקה על כל הכמות הנדרשת.  
יש לסכם זאת בכתב כדי לגרוע המכשיר מאינוונטר ביה"ח.
- לאחר שייקבע הסכום הסופי של עלות כל הדרמטומים יואל הר אבן יקבע את  
כמות שלבי הרכישה, כאשר שלב ראשון בכל מקרה יכלול את דגם S6.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעת מחיר

העתקים : פרופ' י. תאייק  
דר' ד. אורקין