

ספק זה הינו:	√ ספק יחיד	_____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 39,810 + מע"מ	
תקופת ההתקשרות	24 חודשים	

2/..

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

דרי' יורם שדמי	מנהל מח' הנדסה רפואית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

4 באפריל 2017
מספרנו: יש/2017-0125
תיק: 9-1120, 4005

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
כאן

נכבדי,

הנדון: תוו"ד לרכישת מוניטור מודולרי למע' ניטור מרכזית תוצרת GE

דוא"ל יואל הר אבן מיום 4.4.17

1. בהתאוששות חדר ניתוח גניקולוגי מצויה מערכת ניטור מודולרית מרכזית מתוצרת GE-DATEX הכוללת את המרכיבים הבאים:

א. BEDSIDE MONITOR דגם S/5 – בכמות 6 יח'

ב. CENTRAL STATION דגם CENTRAL i

ג. transport Monitor דגם Compact S5 – כמות 1 יח'

2. הרחבת המערכת בכמות 2 מוניטורים עקב הוספת 2 מיטות חדשות להתאוששות מחייבת שימוש במוניטור מודולרי דגם S/5 בלבד על מנת לאפשר אינטגרציה לצורך ניידות (שימוש במודולים) ולצורך אחידות עם המוניטורים שבחדר ניתוח גניקולוגי.

3. מאחר וייצור דגם S/5 הופסק ההרחבה הנדרשת תבוצע באמצעות העברת שני מוניטורים (דגם S/5) מעמדת הקבלה של חדר ניתוח מרכזי.
במקום שני מוניטורים אלה, יירכש דגם B650 מתוצרת GE בכמות 2 יח'.

דגם B650 הינו הדגם העדכני של GE ומצוי באתרים רבים הקשורים לכירורגיה בכלל ובהתאוששות חדר ניתוח מרכזי בפרט.

4. רצ"ב הצעת מחיר PQ16L01518 של חבר' לבנט למוניטור מודולרי אותה יש לממש בכמות 2 יח' מכל פריט ללא פריט 20.

מהיבט עקרוני ההצעה כוללת את המרכיבים הבאים:

א. פרמטרים פיזיולוגיים: ECG, HR, IBP, NIBP, SPO2, TEMP. RR

ב. מתלה קיר ייעודי ואביזרים לחיבור אל המטופל

ג. חיבור למוניטור המרכזי

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

3

מטעמי אינטגרציה והתאמה למכשור המצוי, הן בהתאוששות חדר ניתוח גניקולוגי והן בקבלה לחדר ניתוח מרכזי, ניתן לראות את חב' GE-DATEX ספק בלעדי לרכישה.

למען חסר ספק – לא ניתן לחבר למע' הניטור המרכזית מוניטור שאינו מתוצרת היצרן GE – היבט אינטגרטיבי חיוני.

ההזמנה תכלול תקופת אחריות של לפחות שנתיים וכן התקנה על כל המשתמע מכך.

הבהרה: מחב' לבנט נמסר כי ההצעה בתוקף.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתק: ד"ר דינה אורקין