

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד: <b>הקראון</b>	
יחידה מזמינה: <b>ניתוחי לב</b>	
תאריך: <b>26/10/17</b>	

קרון מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל **X**

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095070504	מוניטור נייד דגם B450
2	1095059267	PSMP MODULE E-PSMP ENGLISH MODULE FOR ECG 3,5&12 LEADS WITH
3	1095052502	MODULE S/S SINGLE WIDTH AIRWAY- E-MINIC

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	לבנט
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510021884
מספר ספק בשיבא	1707









המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

25 באוקטובר 2017  
מספרנו: עש/2017-0404  
תיק: 9-1120, 1009

דחוף

לכבוד  
מר גיל דר  
גב' גילי נעים  
2 א 1

הנדון: ניתוחי לב/ יחידת טיפול נמרץ – חווי"ד להרחבת מערכת ניטור  
תכתובת מיום 17.10.17-19.10.17

1. ביחידה לט.ג ניתוחי לב מערכת ניטור תוצרת DATEX-GE הכוללת:

- תחנה מדגם CENTRAL | שנרכשה בשנת 2008.
- מוניטורים Bed Side מדגם F-CU5P
- מוניטורים ניידים מדגם F-FM

2. בעקבות אירוע חריג בהעברת חולה מטיפול נמרץ לחדר ניתוח נדרשת רכישת 2 מוניטורים ניידים, בכדי לחבר מוניטורים אלו לתחנה הקיימת ולאפשר ניווט מודולים בין מכשירי הניטור השונים נדרשת רכישת מוניטור נייד מתוצרת GE בלבד. הדגם העדכני היחיד המאפשר חיבור לתחנה הוא B450 ולכן זהו הדגם המתאים ביותר לקורלציה עם המכשור הקיים.

3. מומלץ לממש הצעה PQ17L01277 של חברת לבנט למוניטורים ניידים מדגם B450 תוצרת GE. יש לממש ההצעה במלואה. ניתן לראות ביצור ובנציגו ספק בלעדי לרכישה בהתאם לאמור בסעיף 2.

4. ההצעה כוללת: 2 מוניטורים ניידים מדגם B450, 2 סוללות, 2 מעמדים ניידים, 2 מודולים רב-פרמטרים מדגם E-PSMP, 2 מודולים לניטור EtCO2 מדגם E-miniC וכל הרכיבים והאביזרים הנדרשים להפעלה מלאה.

**יש לממש הרכישה בדחיפות.**

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות מרבית לחלפים ולעבודה מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל (תקופת האחריות המינימלית לא תפחת מ-24 חודשים). תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצור.

בברכה

ענבר אמוץ-שושן  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעה

העתקים: פרופ' אהוד רענני  
גב' עדנה שלום

