



מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת המכרזים המרכזית

הנדון: פטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) התקשרות עם "אגנטק"
לצורך מכשיר קלטק (קלדל) 8100 – שו"ט

החלטת וועדה מיום 16.8.2017
ח.פ. 511243545
שווי התקשרות: 29,236 ₪ כולל מע"מ

פרוטוקול

1. בפני הוועדה בקשת היחידה לאשר לה התקשרות עם חברת "אגנטק" לצורך רכישת המכשיר שבנדון.
2. לפרוטוקול מצ"ב מסמכי הנמקה מאת היחידה חתומים ע"י ד"ר מישל בלאיש, מנהל המכון הוטרנרי להיות החברה ספק יחיד בנסיבות העניין. המסמכים מפורטים דיים ולא מצאנו לנכון להוסיף על האמור בהם.
3. לפרוטוקול מצ"ב אישור החברת היצרנית להיות "אגנטק" משווק בלעדי של מוצריה (ביחס לחברת פוס טקטור).
4. לאור האמור והמפורט במסמכים, מאשרת הוועדה את מתן הפטור על בסיס תנאי תקנה 3 (29) בכפוף לחובת פרסום והיעדר השגות.
5. שה"כ היקף ההתקשרות הנו: 29,236 ₪ כולל מע"מ על בסיס הצעת המחיר של החברה מיום 22.6.2017 המצ"ב.
6. תוקף הפטור הנו מיום קבלת החלטה זו ועד 31/12/2018
7. תוקף ההתקשרות מיום חתימה על הזמנת עבודה ועד ליום 31/12/2018

נציג היחידה

ראני נוג'ידאת
ס/חשבת

עו"ד חנאן טוחי
נציג היועץ המשפטי

אוהד דגמי
יו"ר הועדה

ינקו רבינוביץ'

חבר זמני

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

משרד:	החקלאות
יחידה מזמינה:	המכון הוטרינרי
תאריך:	26.6.17

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)

נדרש לרכוש מכשיר, במקום מכשיר שהתקלקל מסוג קלטק (קלדל) 2200 של חברת FOSS (Foss) tecator kjeltec המכשיר נרכש בתאריך 11.5.05.

המכשיר משמש לצורך בדיקות TVBN (בדיקות איכות חנקן נדיף וחלבון בדגים, בשר ונקניקים ובכל מזון אחר). שו"ט אחראים על הפיקוח איכות של דגים המגודלים בישראל (בדיקות חלבון בדגים), לפי הנוהל חדש משנת (בבהתאם תקנות של בתקנות של EU) 03/05/2017 יש לבצע את הבדיקות הבאות:

1. בדיקות טרם שיווק של דגי מאכל מגידול מקומי.
2. יש דרישה לבדוק TVBN (חנקן נדיף) במקביל לבדיקות אורגנולפטיות (טעימות) ואחרות. לבדיקה TVBN יש דרישה ל ISO 17025.

בנוסף נדרש לבצע בדיקות בנקניקים יחס חלבון/מים ליצוא לארה"ב. עלות תיקון הוא כ- 9,638 ₪, כולל מע"מ ולא כולל עלויות נסיעה. התיקון מאוד יקר, מדובר בתיקון של מכשיר מאוד ישן משנה 2005, תיקון המכשיר אינו כדאי כלכלית, בשל גילו, צפויות תקלות נוספות. ע"כ נדרש לרכוש מכשיר חדש. עלות של מכשיר חדש מדגם מסוג קלטק (קלדל) 8100 הוא כ- 29,236 ₪, כולל מע"מ. מפרט המכשיר המבוקש:

1. זיקוק אוטמטי לחנקן, פורטאין ואמוניה.
2. קיים מיקרופרוצסור לבקרה של זיקוק.
3. מקרר את המים בתהליך העבודה.
4. עבודה עם כל סוגי המים.
5. תוספת של אלקלי ומים.
6. סנסור עבור דלת בטיחות.
7. טווח זיהוי 01 מ"ג – 200 מ"ג.
8. RECOVALY - 99.5%.
9. זמן זיקוק 3.5 דקות – נדרש 30 מ"ג חנקן.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

ביצוע עבודה

שירותים

טובין

אגנטק	שם הספק:	
511243545	מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	
<input type="checkbox"/> ספק חוץ	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד	ספק זה הנו:
29,236 ₪, כולל מע"מ		אומדן / שווי ההתקשרות:
31.12.17 – 1.8.17		תקופת ההתקשרות:

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

- 1 האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
- 2 ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
- 3 נימוקים והערות נוספות

מצ"ב אישור בלעדיות של הספק.

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר הוראה: 7.8.2

פרק משני: פטור ממכרז

מספר טופס: ט. 7.8.2.1


לאחר בדיקה באינטרנט ובדיקה בקטלוג רום (אינדקס מוצרי מעבדה) לא קיים ספק אחר שמיבא מכשיר מחברת **FOSS (Foss tecator kjeltec)**. כמו כן לא ידוע על מכשיר בעל תכונות כאלה בעולם. ואלה הפעולות שבוצעו על מנת לוודא שאמנם מדובר בספק יחיד:

- לצורך רכישה מכשיר "קגילטק" נערך חיפוש וניסיון איתור של נציג אחר של חברת "פוס טקטור" בישראל.
1. בוצע חיפוש באתר של חברה "פוס טקטור" <https://www.fossanalytics.com/en/search?query=israel> - Local Sites. לא נמצא באתר נציג אחר שמייצג את החברה בישראל.
 2. בוצע חיפוש במדריך הרפואי המדעי והמעבדתי "רום", עמוד **E31** שבישראל. במדריך הנ"ל כתובים פרטי הקשר של חברות המייצרות מכשירי מעבדה בעולם וכתובים הנציגים המוכרים ציוד זה בישראל. במדריך כתוב שהנציג של חברת "פוס טקטור" בישראל הוא החברת "אגנטק" טל 03-6493111.
 3. בוצע חיפוש באינטרנט של נציגים אחרים של חברת "פוס טקטור" בישראל ולא נמצאו.
 4. בוצע חיפוש של מכשיר "קגילטק" של חברה "פוס טקטור" בחברה **dr.Uri Golik Chemical Instrumentation** שבישראל – טל 03-5187555. התשובה שהתקבלה היתה שהחברה לא מייצגת את חברת "פוס טקטור" בישראל.
 5. בוצע חיפוש של מכשיר "קגילטק" של חברת "פוס טקטור" בחברת "לבוטל", 02-5799222 שבישראל. התשובה שהתקבלה היתה שהחברה לא מייצגת את חברה "פוס טקטור" בישראל.
 6. בוצע חיפוש של מכשיר "קגילטק" של חברה "פוס טקטור" בחברה "מדנט" שבישראל. התשובה שקיבלתי היתה שהחברה לא מייצגת את חברת "פוס טקטור" בישראל.
 7. לא נמצאו נציגי חברת "פוס טקטור" חוץ מאשר חברת אגנטק.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהל המכון הווטרינרי	ד"ר מישל בלאיש
	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית
חתימה		