

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	יב נאמניה לימא
יחידה מזמינה:	ב"ה טאז
תאריך:	8/10/17

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095027090	PUMP SYR.PCA SYS.P-5000

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	דובר
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510658404
מספר ספק בשיבא	1399
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$27,000 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

26 בספטמבר 2017
מספרנו: עש/2017-0374
תיק: 111-12A

לכבוד
מר גיל דר
גבי גילי נעים
כאן

נכבדי,

הנדון: ביה"ח כללי – חו"ד לרכישת משאבות מזרק PCA

1. במרכז הרפואי 9 משאבות PCA מדגם P-5000 אשר נרכשו בין השנים 1995-1999 8) בחדר לידה ו-1 ביח' הטראומה).

משאבות אלו מרובות תקלות ונדרשים משאבים רבים לתחזוקתן. ניתוח ההוצאות ושעות כוח האדם בשנה האחרונה מעלה כי אין כדאיות כלכלית להמשך תחזוקתן ויש להחליפן בהקדם האפשרי. בנוסף, ריבוי התקלות פוגע בפעילות הסדירה של המחלקות בהן נעשה שימוש במשאבות הישנות.

2. מומלץ לממש הצעת מחיר 16A01951 של חברת דובר לדגם P-5000 תוצרת ALARIS, בכמות 9 יח'.

בחדר לידה נמצאות בשימוש 16 משאבות PCA מדגם P-5000 וביח' הטראומה מצויות בשימוש 4 משאבות מדגם זה. בכדי לשמור על אחידות ציוד מטעמי בטיחות חולה ועל מנת לאפשר המשך עבודה סדירה במחלקות, יש לשמור על אחידות מכשור. אחידות המכשור חיונית בשל רמת הסיכון הנוגעת לתרופות הניתנות במכשור זה. בהתאם לכך, ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.

3. הרכישה תמומש במסגרת תכנית הצטיידות 2017, סעיף 39.

4. במקביל לאספקה למחלקות, יש לאסוף המשאבות הישנות להשבתה.

יש לדרוש תקופת אחריות מרבית לחלפים ולעבודה מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל (תקופת האחריות המינימלית לא תפחת מ-24 חודשים). תקופה זו מתייחסת לחומרה.

בברכה,

ענבר אמונץ-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר