

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הברוא-1	משרד:
סב ח.י.	יחידה מזמינה:
22/08/16	תאריך:

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095077210	FLEXIBLE INTUBATION VIDEO ENDOSCOPE SET 4.0 X 65 CMOS TECHNO
2	1040012940	C-HUB II CAMERA CONTROL UNIT

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא _____
 סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	ברסלוער
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה:	511053118
מספר ספק בשיבא:	1089
ספק זה הינו:	√ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

15 בינואר 2017
מספרנו: יש/2017-0027
תיק: 1008, 1001

לכבוד
מר יואל הר-אבן
כאן
נכבדי,

הנדון: מע' אינטגרטיבית בחדר ניתוח לניתוחי לב -
חוו"ד להחלפת וידאוברונכוסקופ
דוא"ל פרופ' אלון בן-נון מיום 12.5.16
דוא"ל פרופ' אלון בן-נון מיום 14.1.17

מכרז מצ/2010/1476 כלל מע' אינטגרטיבית בחדר ניתוח לניתוחי חזה (ח.ג. 11) הכולל מע' לשליטה ובקרה עם מערכת אנדוסקופית.

בסימוכין מבהיר פרופ' בן-נון כי הוידאוברונכוסקופ שנרכש באמצעות המכרז אינו בשימוש הוא מבקש לבצע חלופה.

חב' ברסלויער נציגת היצרן בארץ הציעה הצעת TRADE-IN בסך 1300 יורו כאשר העלות המקורית היתה 16,030 יורו.

הוחלט על דעת פרופ' בן-נון וד"ר שולימזון מריאות כי הוידאוברונכוסקופ שאינו מתאים לשימוש ניתוחי חזה ומתאים לשימוש במכון ריאות יועבר לריאות כולל מקור אור קסנון 100W.

החלופה המתאימה לשימוש בניתוחי חזה הינו וידאוברונכוסקופ בעל קוטר 4 מ"מ (במקום 5.9 מ"מ) וקוטר תעלת עבודה 1.5 מ"מ (במקום 2 מ"מ) עם מקור אור LED מובנה במכשיר.

בנוסף, כולל הוידאוברונכוסקופ החלופי חיבור מסוג C HUB המאפשר חיבורו לכל מסכי מערכת הבקרה והשליטה מדגם OR-1 המותקנת בחדר הניתוח (חדר 11).

רצ"ב הצעת מחיר חב' ברסלויער מס' 42235 לרכישת פריטים 1 + 3 בלבד, שהינם מתוצרת STORZ. פריט 1 הינו הוידאוברונכוסקופ ופריט 3 החיבור למע' OR-1.

לא ידוע על מוצר חלופי התואם ליכולת חיבור למערכת OR-1 מתוצרת STORZ.

ניתן לראות לפיכך את היצרן ונציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים מיום הקליטה בפועל כמקובל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעה

העתק: פרופ' אלון בן-נון