

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד: _____	ד"ר ריאן —
יחידה מזמינה: _____	11/10/14 —
תאריך: _____	08/05/17

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095074829	BED SIDE INTUBATION FIBER BRONCHOSCOPE MODEL : FI-16BS

תיאור מהות ההתקשרות (רקע, ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	גטר גרופ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520042326
מספר ספק בשיבא	71160
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ √ _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	18,440 יורו+מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/39217
פקס. 972-3-5303387

4 במאי 2017
מספרנו: מב/2017-0168
תיק: 7014, 1130-6

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
כאן
נכבדי,

הנדון: מכון ריאות/יח' לפולמונולוגיה פולשנית - חו"ד לרכישת ברונכוסקופ נייד.
א. תכנית הצטיידות 2017
ב. דוא"ל - ד"ר שולימזון מיום 30.04.17

בהמשך לסימוכין אי' (פריט מס' 144 ברשימה), אושרה רכישת המכשיר הנדון בכמות של 1 יח'.

מדובר בברונכוסקופ לביצוע אינטובציות המתחבר למקור אור המופעל באמצעות סוללה, אשר מאפשר ניוך קל ונוחות עבודה.

להלן דגמי המכשור שנבחנו ע"י מכון הריאות:

- דגם FI-16RBS מתוצרת PENTAX.
- דגם MAF TM מתוצרת OYMPUS
- דגם 11301-BN1 תוצרת STORZ.

בסימוכין ב' מפרט ד"ר שולימזון את המסקנות העיקריות העולות מבדיקותיו. הברונכוסקופ מתוצרת OYMPUS נפסל לרכישה מאחר ושסתום השאיבה שלו איננו מספק אטימה מיטבית ואף מתנתק תוך כדי עבודה ולפיכך יכולת השאיבה אינה יעילה. הברונכוסקופ הנייד מתוצרת STORZ המיועד לאינטובציות קשות, נפסל לרכישה היות ואיננו יעיל באינטובציות רגילות עקב אורכו העומד על 65 ס"מ, דבר המקשה ומסרביל את הליך העבודה.

תוצאות הבדיקה מבהירות מעל לכל ספק כי הדגם מתוצרת PENTAX, המצוי בשימוש בפועל במכון לשביעות רצונם המלא של המשתמשים, הינו היחיד התואם את הנדרש. מסקנתנו זו של ד"ר שולימזון מקובלת וקבילה.

להלן נתוני הדגם FI-16RBS מתוצרת חברת PENTAX:

- זווית צפייה - 90°.
- זווית כיפוף הקצה הדיסטלי כלפי מעלה/מטה - 160°/130°.
- קוטר ההחדרה - 5.2mm.
- קוטר תעלת העבודה - 2.55mm.
- עומק החדירה - 600mm.

לנוכח הנ"ל, יש לראות ביצרן PENTAX ספק יחיד לרכישה זו ולממשה בהתאם להצעת מחיר הרצי"ב מחברת "גטר-סאילאב".

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

יש לכלול בהזמנה ספרות שירות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.
יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה וחשימוש בפועל.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעת מחיר

העתק : ד"ר טיבריו שולימזון