



# מדינת ישראל

## משרד החקלאות ופיתוח הכפר

### ועדת המכרזים המרכזית

הנדון: פטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) התקשרות עם חברת תמר  
ציוד למעבדות מחקר ח.פ. 510617327 רכישת שני מכשירים  
לבדיקת רעלן – לשנת 2017

החלטת וועדה מיום 10.5.2017  
מס' מחלקת מכרזים : 25-5-2017


### פרוטוקול

1. בפני הוועדה בקשת היחידה לאשר לה התקשרות עם חברת "תמר ציוד למעבדות מחקר" זאת לצורך רכישת הטובין שבנדון.
2. לפרוטוקול מצ"ב מסמכי הנמקה מאת היחידה חתומים ע"י ד"ר ד"ר דרבקין ולדימיר, אחראי למעבדה לטיב דגה, להיות "תמר", ספק יחיד בנסיבות העניין. המסמכים מפורטים דיים ולא מצאנו לנכון להוסיף על האמור בהם. להצהרת היחידה חברת "תמר" היחידה המשווקת ערכות אלו. מצ"ב אישור בלעדיות של החברה לשווק הערכות מהחברה היצרנית.
3. לאור האמור והמפורט במסמכים, מאשרת הוועדה את מתן הפטור על בסיס תנאי תקנה 3 (29) כאמור בכפוף לחובת פרסום.
4. סה"כ היקף ההתקשרות הנו 11,039.55 ₪ כולל מע"מ. המחיר הנ"ל הנו על יסוד הצעת מחיר של החברה מיום 16.3.2017 המצ"ב.
5. ההתקשרות מותנית בכך כי לא תתקבלנה השגות.
6. ההתקשרות כפופה להוצאת הזמנת עבודה חתומה ע"י חשבת המשרד ותעשה מיום החתימה על הזמנת עבודה ועד ליום 31/12/2017.
7. תוקף הפטור מיום חתימת פרוטוקול זה ועד ליום 31/12/2017.
8. הפטור כפוף לחובת פרסום ותקף בהיעדר השגות.

  
ראנן מוקדאת  
ס/חשב

חנאן טוחי, עו"ד  
מ.ר. 41911  
עבד היועץ המשפטי  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
עו"ד חנאן טוחי  
נציג היועץ המשפטי

  
אוהד דגמי  
יו"ר הוועדה

  
ינקו הבינוביץ'  
חבר

**טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"**

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

משרד החקלאות	
יחידה מזמינה/מכון:	טיב דגה ומוצרי דיג
תאריך חוות דעת:	26.03.17
בקשה מס' (פנימי):	

**אל: ועדת המכרזים**

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

**הבקשה מסתמכת על תקנה  3(29) /  3(31) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.**

**האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל:  כן  לא**

**סוג ההתקשרות:**

טובין  שירותים  ביצוע עבודה

שם הספק:	תמר ציוד למעבדות מחקר
מספר הספק (ח.פ./ח.ע.מ./מספר עמותה)	510617327
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	11,039.55 ש"ח, כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	2017

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני**

היחידה מבקשת לרכוש 2 מכשירים לצורך בדיקות רעלן היסטמין בדגים דרוש מכשיר Sprayer SG 1 DESAGA לפי דרישות של ISO 17025 מכשיר Sprayer SG 1 ADESAG רשום ב SOP לבצע בדיקות להיסטמין. בהמשך לתיאור טכני של המכשיר הנ"ל מפזר חומר כימי נינגידיין על פלטות HTLC מאוד אחיד עם קוטר של זרם הדרוש ומרוכז. המכשיר מאוד נוח לעבודה. קל להחזיק ביד ונוח בשימוש. מאוד חשוב שמכשיר מפזר חומר כימי מאוד אחיד ללא טיפות. בשוק אין מכשיר דומה. מכשיר הקודם להתקלקל, חלק שלו נפל והתרסק. את חלק הזה לא מוכרים בנפרד ולא ניתן לתיקון. כמות הבדיקות שמבוצעות בשנה 72,000 בדיקות.

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

## נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

### נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).**  
נעשתה פניה למס' חברות, קיבלנו הצעות למכשירים לא אותו דגם, אך לא מתאימים לסוג העבודה של היחידה, למכשירים אין לחץ מספיק שמפזר לחץ של נוזל וזה יוצר כתמים על הפלטה TLC, הנוזל צריך להיות מרוכז במקום שנמצאים היסטמין ללא כתמים, המכשיר המבוקש דלעיל לא עושה כתמים על הפלטה TLC, המכשיר הזה מדויק ומתאים לכמוטרגרפיה נוזלית (TLC).
2. **ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)**  
לאחר שבדקו המכשירים בחברות אחרות אין חברה משווקת מכשיר כפי שדורשת היחידה. המכשיר הנ"ל מפזר חומר כימי ניגידרין על פלטות HTLC מאוד אחיד עם קוטר של זרם הדרוש ומרוכז. מאוד חשוב שמכשיר מפזר חומר כימי אחיד ללא טיפות. בשוק אין מכשיר דומה.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר דרבקין ולדימיר	אחראי למעבדה לטיב דגה	חתימה
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	