

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הכרמל
יחידה מזמינה:	מעבדה הניתוח
תאריך:	7/10/05

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095078903	OMNIFILTER-96 HARVESTER

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	פרקין אלמר
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	514913532
מספר ספק בשיבא	63400
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	80,993 שח+מע,מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

10 במאי 2017
מספרנו: מב/2017-0181
תיק: 7007, 1216

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
כאן
נכבדי,

הנדון: תכנית הצטיינות 2017 / מעבדה המטולוגית -
חוו"ד לרכישת מכשיר קוצר תאים.

א. תכנית הצטיינות 2017
ב. בקשת ספק יחיד - פרופ' נינט אמריליו

בהמשך לסימוכין א' (פריט מס' 61 ברשימה), אושרה רכישת המכשיר הנדון בכמות של 1 יחידות.

מדובר במכשיר המשמש את המעבדה לבדיקת פרוליפרציה (שגשוג) של תאי T בדגימות דם של מטופלים בשיטה רדיואקטיבית.

רצ"ב הצעת מחיר מס' 201098228 לרכישת הדגם OMNIFILTER-96 Harvester מתוצרת חברת PERKIN ELMER.

המכשיר מאפשר לבצע בדיקות פרוליפרציה ב-96 דגימות דם בו-זמנית באופן הבא:

- דגימות המטופלים מסודרות בפלטות של 96-wells כאשר לכל אחת מהן מוסף חומר רדיואקטיבי הנקשר לתאי T.
- תאי T מסוננים מתוך הדגימות באמצעות פילטרים ייחודיים מסוג Glass filter plates fiber.
- מעבר דגימות הדם מהבארות אל הפילטרים מתבצעת ע"י שאיבתן באמצעות 96 צינורות אספירציה עשויות פלדת אל-חלד, באופן שמונע זיהום הדגימות או ערבובן זו עם זו.
- לאחר פעולת הסינון מתבצעת פעולת שטיפה של התאים מהחומר הרדיואקטיבי.
- הפילטרים יחד עם התאים מופרדים לדסקיות בקוטר של כ-7-14 מ"מ באופן שלא מאפשר ערבוב תאים שנדגמו ממטופלים שונים.
- הדסקיות ניתנות להעברה במבחנות אל מכשיר מונה תאים אשר מודד את כמות תאי T שנלכדו בפילטרים.

בסימוכין ב' מבהירה פרופ' אמריליו כי הדגם OMNIFILTER-96 Harvester נבדק ונמצא תואם לכל דרישות המעבדה, וכי לא ידוע ספקים אחרים שלהם מכשיר דומה לזה מתוצרת PERKIN ELMER.

אי לכך, ניתן לראות ביצרן זה ספק יחיד לרכישה זו ולממשה בהתאם להצעת מחיר הרצ"ב, על כל סעיפיה.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

יש לכלול בהזמנה ספרות שרות והפעלה בכמות של 1 יח' מכל סוג.
יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה
והשימוש בפועל.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעת מחיר

העתקים : פרופ' נינט אמריליו
ד"ר נירה בלום
ד"ר רם דולמן