

המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא

תל- השומר

הכאור	משרד:
סדר י"ב 318	יחידה מזמינה:
10/05/17	תאריך:

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095078895	NEW REAGENT PIPETTE KIT
1	1095078887	PUPM UPGRADE KIT
4	1040012221	PLATE FRAME
3	1040012213	PLATE PROCESSOR NEW TABLE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מזר'י שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

HVD BIOTECH	שם הספק:
	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
17855	מספר ספק בשיבא



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

3 במאי 2017
מספרנו: יש/2017-0164
תיק: 7010

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
כאן

נכבדי,

הנדון: סקר יילודים – מערכות אוטודלפיה

דוא"ל דר' אלמשנו

בשימוש דר' אלמשנו 3 מערכות אוטודלפיה המבצעות בדיקות אנדוקריניות באמצעות קיטים ייעודיים.

עקב בלאי קיים צורך בהחלפת המרכיבים הבאים בכל מערכת:

- משאבה לשאיבת פסולת

- פיפטות לשאיבת ריאגנטים

- עגלה ייעודית עליה מורכב המכשיר

- מסגרת לפלטת הריאגנטים

רצ"ב הצעת חב' גאמידור נציגת היצרן PE להחלפת הפריטים הנ"ל לכל שלושת המערכות הקיימות, אותה יש לממש על כל סעיפיה.

הבלאי בפריטים הנ"ל מקורו בהיותם המרכיבים הדינמיים במערכת.

מקור תקציבי לרכישה – 16011.

עלות מע' חדשה כ-120,000 יורו+מע"מ.

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים לכל הפריטים המוחלפים.

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העותק: דר' שלמה אלמשנו