

המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא

תל- השומר

משרד: <u>הכרטיז</u>
יחידה מזמינה: <u>83-85</u>
תאריך: <u>22/06/14</u>

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095078689	מערכת תאורה LED D.L TWIN BEAM
3	1095076535	מערכת תאורה LED DAYLITENANO LIGHT
1	1095044079	TELESCOPE EXPANDEDE FIELD

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט חתכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	תשר גנש
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	557655669
מספר ספק בשיבא	2266
ספק זה הינו:	<input type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

18 ביוני 2017
מספרנו : מב/2017-0232
תיק : 1011

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
כ.א.ן

נכבדי,

הנדון : כירורגית כלי-דם –
חוו"ד לרכישת משקפיים טלסקופיים (Loupes)

א. דוא"ל מיום 15.06.17 – מר יואל הר אבן
ב. תכתובת מיום 15.06.17 – ד"ר משה חלק

בהתאם לסימוכין א', עבור מחלקה כירורגית כלי-דם אושרה רכישת הפריטים הבאים :

- משקפיים טלסקופיים לשימוש מנתחים בכמות 4 יח'.
- מערכת תאורה מותאמת למשקפיים בכמות 2 יח'.

להלן התכונות הנדרשות מהמכשירים :

- יכולת הגדלה של x3.5.
- שדה ראייה רחב של 700 מ"מ.
- מרחק עבודה של 410 מ"מ.
- תאורת LED מסוג Twin Beam בעוצמה של 75,000 Lux.
- תאורת LED מסוג One Beam בעוצמה של 140,000 Lux.

במחלקת כירורגית כלי-דם מצויים משקפיים טלסקופיים מתוצרת DISIGH FOE VISION וכן מתוצרת ZUMAX, אולם בפועל מצוי בשימוש המכשור של היצרן הראשון בלבד, לאור חוסר ההתאמה באופן מעשי של המכשור מתוצרת החברה המתחרה לנדרש.

בסימוכין ב' מבהיר ד"ר חלק כי לאור ניסיון הצוות הרפואי עם דגמי המכשור של שני היצרנים הנ"ל, נמצא כי המשקפיים הטלסקופיים מתוצרת DISIGH FOR VISION מספקים את המענה המתאים ביותר לצורכי כל המנתחים, הן מבחינת האיכות האופטית הנדרשת והן מבחינת נוחות העבודה.

הבהרה : קיים יצרן מתחרה נוסף בשם SURGICAL ACUITY שהינו יקר ב-20% לערך בהשוואה לשני היצרנים שצוינו לעיל.

לנוכח הנ"ל, ניתן לראות ביצרן DISIGH FOR VISION, באמצעות נציגותו המקומית חברת "תשר געש", ספק יחיד לרכישה זו. יש לממש הרכישה באופן הבא :

- פריט מס' 1 בהצעת מחיר מס' 7062 בכמות של 4 יח'.
- פריט מס' 1 בהצעת מחיר 7063 בכמות של 1 יח'.
- פריט מס' 2 בהצעת מחיר 7063 בכמות של 1 יח'.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל .
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה כנדרש.

יש לדרוש תקופת אחריות לכל פריטי המכשור של 24 חודשים מיום הקליטה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעת מחיר

העתק : ד"ר משה חלק