

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הכרטיס	
02/10/17	

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום חמואים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת בוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל תוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

השירות המיועד (פירוט התפונות שעליו הסבין השירות העבודה)	
BRACO	קמפ
החל סוף זמן	אובולגים

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג החתקשרות (סמן X במקום המתאים)

ביצוע עבודה _____

שירותים _____

טובין

מס' חוץ	510468051 - 1223
ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/>	ספק חוץ _____
133000	
0.00	

ימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

א להזייתם לסעיפים הבאים:

האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים ותכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנוקטו
(לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע התקשורת
עימם ואת הסיבות לחיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).

פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

<p>אור הנימוקים שמניתי לעיל, חנני מצחיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לרוך ההתקשרות בחליך פטור ממכרז.</p> <p>וות דעתי ניתנת מתוקף חיותי הסמכות המקצועית לנושא זה.</p> <p>כבוד רב,</p> <p>ר. א. י. ס. ר.</p>
--

	רכש	ר. א. י. ס. ר.

אגף הדימות

טי"ז אדר, תשע"ז
14 מרץ, 2017

מר גיל דר
מנהל מחלקת רכש
המרכז הרפואי
כאן.

מר דר הנכבד,

הנדון: מסכי צפייה לרזולוגים בממוגרפיה.

במרכז הרפואי שיבא מערכת RIS+PACS מתוצרת חברת אלגוטק מבית קרסטרים. מערכת הפאקס שודרגה וכיום נכלל בה מודול ממוגרפיה המאפשר לפענח צילומי ממוגרפיה בתחנת הפאקס, דבר שהיה בלתי אפשרי עד כה שצילומי הממוגרפיה פוענחו בתחנות מתוצרת יצרן הממוגרפיה ועלותן למעלה מ-100,000 \$ לתחנה אחת.

בהמשך להחלטת ההנהלה על שדרוג מערכות הממוגרפיה הקיימות, הוחלט גם לעבור לפענוח דרך הפאקס. יש צורך ברכישת תחנות פענוח פאקס עם מסכים ברזולוציה של SMP צבעוניים שיאפשרו פענוח של ממוגרפיה וגם של MRI שד וגם של US שד.

בדקנו את המצב בשוק הישראלי ואלו חברות מיוצגות בו. נמצאו 4 יצרניות מיוצגות:

1. חברת NEC מיוצגת ע"י דינקו בע"מ.
2. חברת TOTOKU מיוצגת ע"י DMS בע"מ.
3. חברת BRACO מיוצגת ע"י ארדון בע"מ.
4. חברת EIZO מיוצגת ע"י דנגוט בע"מ.

בדקנו וראינו מסכים מתוצרת כל החברות שצוינו לעי"ל, למעט חברת NEC שהפסיקה לייצר מסכים ונטשה את התחום. מתוך שלושת היצרנים שנשארו, נמצאו מתאימים והולמים רק המסכים מתוצרת BRACO, ואנו מבקשים לראות בו ספק יחיד.

להלן הסברים ונימוקים:

1. למסך BRACO הרזולוציה הגבוהה של 12MP, למתחרה אחד 10 (5X2) והשני רק 8.
2. רק למסך BRACO אפשרות להציג צילומים בצבע ואו שחור לבן על פי בחירת הצופה.
3. רק למסך BRACO אפשרות להקטין או להגדיל רזולוציה בין 5 ל-6 MP.
4. תאורת מסך נמדדת ב-cd (נרות) למטר מרובע. רמות התאורה שמציגה BRACO גבוהה באופן מהותי ומשמעותי ממתחרותיה (עד פי 2.5).

5. רק למסך BRACO טכנולוגיה חדישה בשם UNITI, שבאה לידי ביטוי מעבר לאמור לעייל באיכות תמונה הגבוהה ביותר האפשרית, תאורת מסך, ביצועים מבחינת זמני תגובה של המסך ועומק הצבעים.


6. אחרי כל הפרמטרים שצוינו, הרינו להדגיש כי אנו עובדים בהתאם לנהלים ותקנים בין לאומיים, בעיקר אמריקאים (ACR), פרמטרים אלו חיוניים לאבחון איכותי ואמין ולעבודת תקינה.

לאור האמור נודה על טיפולך לאישור הספק ארון עם מסך מתוצרת BRACO, סספק יחיד.

בברכה,



יוסי ורד
רנטגנאי ראשי



ד"ר מ. סקלייר
מנהל יחידת דימות השד

העתקים:
פרופ' א. קונן
מר ב. סלים