

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הכרזות
יחידה מזמינה:	ס. נ. ש. א. י.
תאריך:	09/10/17

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095059135	HEMOFILTRATION MACHINE-AQUARIUS

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
	עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אי.סי.טי
מספר ת.פ. / ח.צ. / עמותה	512336066
מספר ספק בשיבא	2952
ספק זה הינו:	✓ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$41,820 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).**
2. **ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).**
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:**

עפ"י חו"ד מצ"ב מעבר שושן

לאור הנימוקים שמנתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ענבר שושן	מהנדסת ביו-רפואית	חתימה
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

דחוף

3 באוקטובר 2017
מספרנו: עש/2017-0384
תיק: 1003, 7012-3

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
כאן

הנדון: טיפול נמרץ נשימתי - חו"ד לרכישת מכשיר המופילטרציה -

צו השעה

דוא"ל דר' יעל חבלב מיום 18.09.17 ומיום 03.10.17
דוא"ל חברת ACT מיום 06.09.17

1. מערכת המופילטרציה מספר ME008620 אשר נרכשה בשנת 2007 נמצאה תקולה. אין כדאיות כלכלית בתיקון המערכת מכיוון ועלות התיקון מהווה כ-40% מעלות מכשיר חדש ובשל גיל המכשיר והסיכוי לתקלות חוזרות כתוצאה מבלאי (ראה דוא"ל נציגת היצרן). בהתאם לאמור, נדרשת רכישת המכשיר שבנדון בכמות של 1 יח'. המערכת הקיימת תושבת.

2. הטיפולים השונים המבוצעים במכשיר:

- CVWH - המופילטרציה.
- CVVHD - המודיאליזה.
- CVVHDF - המודיאפילטרציה (שילוב של המופילטרציה והמודיאליזה).
- SCUF - אולטראפילטרציה.
- TPE - החלפת פלסמה.
- Hemoperfusion.

3. הדרישות המרכזיות מן המכשיר:

- המכשיר והציוד המתכלה מתאימים למבוגרים ולילדים.
- כולל מחמם נוזלים אינטגרלי (הצנרת גם כן אינטגרלית במכשיר).
- סוללת גיבוי המספקת גיבוי במקרה הצורך עד תחילת פעולת גנרטור החירום.
- כולל 2 משקלים: תמוסת החזר ופילטראט.
- מאפשר שימוש בתמיסת החזרים סטנדרטית הניתנת לרכישה מכל יצרן.
- יכול משאבת ציטראט לאנטי-קואגולציה חוץ גופית (בין היתר למניעת קרישה בפילטר). המשאבה עובדת במקביל למשאבת קלציום המפצה על ירידה ברמות קלציום בדם הנגרמת בשל השימוש בציטראט.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

- אפשרות מעבר בין סוגי הטיפולים השונים ללא החלפה של הסט. מטופל הסובל מ-ARF (אי ספיקת כליות) ייתכן וידרשו מספר סוגים שונים של תרפיות במהלך של 72 שעות.
- בקרת לחצים, אוויר בצנרת ומתן הפרין.

- יש לממש הצעת מחיר PQ17000157 של חבר' ACT medical עבור מכשיר Aquarius RCA תוצרת NIKKISO.
- ביחידת טיפול נמרץ נעשה שימוש תכוף במכשירים אלו. על פי מכתביה של דר' יעל חביב, לא ניתן להמשיך הפעילות הסדירה ללא החלפה מיידית של המכשיר התקול. בשל צו השעה, מבקשת דר' יעל חביב רכישת מערכת מדגם Aquarius RCA אשר כבר מוכרת כמתאימה לכל צרכי היחידה והצוות כולו הודרך ומנוסה בתפעולה. יש לראות ביצור ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.
- הרכישה תמומש במסגרת תכנית הצטיידות 2017, סעיף 39.

יש לממש הרכישה בדחיפות כצו השעה.

יש לדרוש תקופת אחריות מרבית לחלפים ולעבודה מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל (תקופת האחריות המינימלית לא תפחת מ-24 חודשים). תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה

ענבר אמונץ-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעה

העתק: דר' יעל חביב