

**המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	סאס
תאריך:	1.10.14

קרון מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת בוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
7	1098936438	PRINTER PAPER FOR I-STAT 1 ANALYZER
6	1095079745	I-STAT PRINTER KIT
4	1095079737	EXTERNAL SIMULATOR
2	1095079729	I-STAT 1 DOWNLOADER RECHARGER KIT
1	1095079711	I-STAT 1 ANALYZER
5	1040013054	תוכנת CDS לניהול נתוני המכשיר לייצוא למערכת HIS/LIS
3	1040013047	.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה







**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדרון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	8000120022	I STAT ANALYZER PT/INR CARTRIDGE 24T
1	8000120014	I STAT ANALYZER CHEM 8 CARTRIDGE 25T

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	רניום מדיקל
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	515523645
מספר ספק בשיבא	85800
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$7,880 + מע"מ









**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

דחוף

28 בספטמבר 2017  
מספרנו: עש/2017-0379  
תיק: 4503

לכבוד  
מר גיל דר  
גב' גילי נעים  
כ.א.ו.

**הנדון: פגים – חו"ד לרכישת Blood Analyzer**

א. תוכנית הצטיידות מיום 5.7.17

ב. מכתב משה"ב מיום 23.7.17

ג. דוא"ל יחידת המחשב מיום 27.09.17

1. בהמשך לסימוכין א' (פריט 2 ברשימה) נדרש לרכוש המכשיר שבנדון בכמות 1 יח'.
2. דרישות המערכת:

- א. מערכת Point Of Care.
  - ב. המערכת תכלול את הבדיקות הבאות: גזים, כימיה, לחצים חלקיים של חמצן ופחמן דו חמצני, PT/INR, PTT, ACT ועוד.
  - ג. האנליזה תתבצע באמצעות איסוף של 2-3 טיפות דם.
3. המערכת היחידה העונה לדרישות היא i-STST תוצרת Abbott point of care. דרישות אלו מותאמות למגוון בדיקות ה-Point of care הנדרשות לפגייה וליכולת לאסוף דם לבדיקה מפגים. בהתאם לכך ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.
  4. מצורף אישור יחידת המחשב להתקנה וקישור למערכות בית החולים.
  5. מומלץ לממש הצעת מחיר 252897 של חברת רניום על כל סעיפיה. סוג וכמות המארזים לבירור ישיר מול דר' שטראוס.

**יש לממש ההצעה בדחיפות.**

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות מרבית לחלפים ולעבודה מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל (תקופת האחריות המינימלית לא תפחת מ-24 חודשים ולא כמופיע בהצעות). תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה

ענבר אמוניץ-שושן  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתקים: דר' צ. שטראוס  
דר' ר. מזכרת

