

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד	הכרטיאן
חוזר מימין	1038
תאריך	05/09/17

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095079646	MULTIDOCK
1	1095079638	T34L ADAVANCED SYRINGE INFUSION

תיאור מותג ההתקן שהוצע (כלע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מעגבר שושן	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

עם הספק	א.ל אריאל שיווק טכנולוגיות רפואיות
מספר ח.פ. / ח.ש. / עמותה	514832864
מספר ספק שיבא	60601
ספק יחיד	_____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות	\$18,270 + מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

4 בספטמבר 2017
מספרנו: עש/2017-0352
תיק: 12-1111, 4503

ד ת ו פ

לכבוד
מר גיל דר
גבי גילי נעים
כ א נ
נכבדי,

הנדון: הצטיינות 2017/אגף הילדים -
חו"ד לרכישת משאבות מזרק זעירות
תוכנית עבודה 2017
הצטיינות אגף הילדים

1. בהמשך לסימוכין, תוכנית עבודה 2017 סעיף 30, יש לרכוש המכשיר הנ"ל בכמות 10 יח' עבור מחלקת ילודים.
 2. במחלקה משאבות מזרק מדגם T34 אשר נרכשו לפני כ-10 שנים. הציוד בלוי ותדירות התקלות לא מאפשרת פעילות תקינה.
 3. מדובר במכשור עירווי בעל מימדים ומשקל מינימליים (אורך משאבה כ-20cm ומשקלה נמוך מ-0.5kg), המתאימה למזרקים בנפח של 2-60ml ומספקת עירווי בטווח קצב של 0-1500ml/h.
 4. מומלץ לממש הצעת מחיר PQ17000203 של חברי Medicore לדגם T34L תוצרת CME. ההצעה כוללת את משאבת העירווי ודוקינג לתלייה על עמוד, יש לממש ההצעה במלואה בכמות 10 יחידות.
- דגם T34L הינו הדגם העדכני והמתאים ביותר של החברה. שימוש במשאבות מזרק סטנדרטיות, בדומה לאלו הנמצאות בשימוש ברוב מחלקות בית החולים, נפסל מכיוון והמכשור מורכב, מאסיבי ובעל נפחי פעולה לא מתאימים לשימוש במחלקת ילודים. בהתאם לכך, ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.
- יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.
- יש לדרוש תקופת אחריות מרבית לחלפים ולעבודה מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל (תקופת האחריות המינימלית לא תפחת מ-24 חודשים). תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן.

ב ב ר כ ה,

ענבר אמוני-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתקים: גבי ענת מושקוביץ
גבי מירב וידאל