

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-9683795

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 17.8.2017

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 19/2017

נושא: אספקת מכשיר DSC עבור המכון לאחסון במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשה: 31.8.2017 (עד השעה 12:00)

* הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing>
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

מס"ד	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1.	בסעיף 7, מפרט טכני/מקצועי למכשיר DSC, בתת סעיף 4	Enthalpy Precision סטייה של לא יותר מ- $\pm 0.1\%$. האם כוונת המשורר כאן היא ל- Calorimetric Precision?	כן.

מוטי ניר
חבר ומ"מ יו"ר הועדה

גלעד שמיר
חשב המינהל

כתב 3/17/16
עו"ד רתם דורבן
ע. יועצת משפטית
למינהל

אמיר גנאור
יו"ר הועדה

שם המציע חותמת וחתימה