

**משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים**

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-9683795

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 17.9.2017

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש בחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 23/2017

נושא: אספקת מכשיר אלמנטל אנלייזר E-Element analyzer עבור מרכז מחקר דרום גילת

מועד אחרון להגשה: 2.10.2017 (עד השעה 12:00)

* הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing>
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

מס"ד	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1.	7 (א) 2 מפרט טכני/מקצועי משקל דגימת החומר הצמחי גבוה מ 300 מ"ג	האם משקל דגימת החומר הצמחי לצורך האנליזה יכול להיות בטווח 200-300 מ"ג ?	משקל הדוגמה לאנליזה צריך להיות 300 מ"ג או יותר לידיעה כללית: הדוגמאות בהן יעשה שימוש של חומר צמחי יבש וטחון דק. ריכוז החנקן המוערך הוא בטווח של כ 0.5 עד כ-5%
2.		1. האם הדוגמאות שיוכנסו לדוגם האוטומטי יהיו במצב מוצק או נוזלי. 2. האם ניתן לדלל את הדוגמאות הכוונה: האם ניתן למהול את הדוגמאות ?	הדוגמאות במצב מוצק בלבד, כיוון שכך אין רלוונטיות לדילול הדוגמאות.

מוטי ניר
חבר ומ"מ יו"ר הועדה

גלעד שמיר
חשב המינהל

עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית סמינהל

אמיר גנאור
יו"ר הועדה

שם המציע חותמת וחתימה