

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-9683795

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 26.9.2017

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 27/2017

נושא: אספקת מכשיר קורא פלטות Multimode Microplate Reader עבור המכון להנדסה חקלאית במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשה: 18.10.2017 (עד השעה 12:00)

* הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing>
 ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

מס'ד	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1.	סעיף 12 ד' - תוקף ההצעה	הגשת הצעה עד ל 18/10/2017 עם תקופת ההצעה ל 60 יום ואם יבחר כמציע שני לעוד 60 יום. - האם יש אפשרות להגביל את ההצעה להזמנה שתקבלנה עד 25/12/2017? - לחילופין, אם ההזמנה תגיע ב-2018 המחיר יעודכן בהתאם לעליית מחירים אצל היצרן בשנת 2018?	לא ניתן. ההצעה תעמוד בתוקף כפי שנקבע במכרז.
2.	סעיף 18 - מחירים	האם הסכום הסופי יותאם לפי ערך המע"מ ביום הוצאת החשבונית?	כאמור בסעיף 9(3) עמוד 10: הצעת המחיר תכלול מע"מ אשר ישולם לזוכה בהתאם לשיעורו ביום האספקה.
3.	סעיף 19 - הצמדה	האם ניתן להוסיף הערה המצהירה כי ההצעה תהיה בשקלים, אך החשבונית תוצמד לשער המט"ח אם יעלה ביותר מ 5% מעבר למועד הגשת המכרז?	לא. מחיר שקלי בלבד כולל מע"מ.
4.	סעיף 7 תת סעיף 7 - טווח טמפרטורה	האם הכוונה לטמפרטורת החדר ועוד 4 מעלות ועד 45°C?	אכן, הכוונה לטמפרטורת החדר ועוד ארבע מעלות (+4) עד 45 מע"צ.

מוטי ניר
חבר ומ"מ יו"ר הועדה

גלעד שמיר
חשב המינהל

עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל

אמיר גנאור
יו"ר הועדה

שם המציע חותמת וחותימה