

-עדכון מס' 2-

בנושא: מכשיר LC-MS/MS שולחני (מוצר מדף) 81/2017

1. הרינו לעדכן את מסמכי המכרז שבנדון:
 - 1.1 **סעיפים 6.2.2.1, 6.3.1 במסמכי המכרז - מבוטל.**
 - 1.2 **סעיפים 6.2.2.2, 6.3.2 במסמכי המכרז – בנוסף לאמור בסעיפים אלה, ניתן להגיש מחירון רשמי של היצרן או לחלופין הצהרת מציע על עלות החלפים כולל הוצאות ייבוא, מכס, הפצה ובתוספת עמלה של 7%, ובלבד שהצהרה זו חתומה בידי רואה חשבון.**
 - 1.3 **סעיפים 6.2.2.3, 6.8.4 במסמכי המכרז – התעריף בסעיפים אלה יהא 171 ש"ח לא כולל מע"מ.**
 - 1.4 **סעיף 15.10.2.3 במסמכי המכרז – הספק יתחייב בכתב, במקום הצהרת יצרן, כי במידה ויבוצע עדכון גרסה בתקופה של שנתיים לפחות ממועד התקנת המערכת, עדכון זה לא ישפיע על ממשקי המערכת. ככל שהגרסה החדשה תשפיע על ממשקי המערכת, יידרש המציע לעדכן את הגרסה הקודמת וזאת ללא תוספת תשלום.**
 - 1.5 **סעיף 17.6 במסמכי המכרז – מבוטל**
 - 1.6 **סעיף 17.7 במסמכי המכרז – יש להוסיף "... שלא יגיש את הדוגמא / מסכמים ו/ או אישורים".**
 - 1.7 **סעיף 23 במסמכי המכרז – בשורה "השבתת מערכת, בעקבות חוסר...." – 3% מעלות המערכת החל מהיום ה-10 להשבתה, 5% החל מהיום ה-14 להשבתה, 8% החל מהיום ה-21 להשבתה וכן שבוע אחריות מלא נוסף על כל יום השבתה.**
 - 1.8 **סעיף 3.2.7 למפרט הטכני - משמעות הסעיף בהזרקה ידנית הינה שניתן יהיה להביא דגימה לבדיקת ה-MS ללא מעבר בקולונה.**
 - 1.9 **סעיף 3.3.10 למפרט הטכני – בנוסף לאמור בסעיף זה, או טווח דינמי של לפחות 4 סדרי גודל.**
 - 1.10 **סעיף 4.1 למפרט הטכני – לשם הבהרה, הגיבוי יהיה ידני.**
 - 1.11 **סעיף 4.5 למפרט הטכני - למען הסר ספק, נדרש לעמוד ב-Data integrity וליישם במלואו, כך שבשום שלב לא ניתן יהיה "לטפל" בנתונים, ההליך במלואו ממוחשב ומתועד בכל שלב. כמו כן, נדרשת יכולת "חיפוש מתקדם"**

1.12. סעיף 4.6 למפרט הטכני - הכוונה לשני רישיונות.

1.13. סעיף 7.3.8 למפרט הטכני - כיוול בסעיף זה מתייחס הן לכיוול המסות השוטף שנעשה מידי יום והן לבדיקת הביצועים השנתית.

1.14. סעיף 8.6 למפרט הטכני - יש להוסיף לסעיף זה – במידה והספק אבחן את התקלה והזמין חלק תוך 5 ימי עבודה מיום הקריאה, לא יהא צורך להזמין מומחה מחו"ל.

2. המועד האחרון להגשת הצעות מחיר יום א' **05/11/2017** עד השעה 16:00.

3. ביתר מסמכי המכרז והמפרט לא חל שום שינוי.

בברכה,

קארין שמשון
עוזרת מנהל
משטרת ישראל סניף

העתק:
רמייד ניתוב ובקרה
תיק מכרז