

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-9683795

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 9.11.2017

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 26/2017

נושא: אספקת מכשיר FPLC עבור מרכז מחקר דרום גילת במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשה: 23.11.2017 (בשעה 12:00)

* הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing>

ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

מס'ד	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1	13.2.א.7	"2 UV detectors, with more than one wavelength" The basic system comes with 1 UV detector a 2nd UV detector could be added as an accessory. Should we offer the system with 1 or with 2 detectors? *both detectors can have 3 wavelengths	System should be with two detector capable to read 3 wavelengths
	13.2.א.7	"Integrated air sensors in inlet valves of detector" The air sensors / detectors are integrated in the inlet valves, an extrnal air sensor / detector could be added on one of the inlet ports. Sensor cannot be positioned on a detector. This seems to be a mistake. Could this be corrected?	True The air sensor integrated in inlet valve and not in detector.
	25.5.א.7	"ועליו כל התוכנות הייחודיות הנדרשות ..." ...להפרדת תאים ולאנליזה של התוצאות האם הכוונה היא ל" -להפרדת חלבונים?"	לא רק. הכוונה להפרדת מקרומולקולות חלבונים וחומצות גרעין.
	8.4	על הזוכה יהיה להחזיק חלקי חילוף מקוריים לתקופה של 5 שנים לפחות" היצרן מתחייב להחזיק ולספק חלקי חילוף מקוריים כל עוד המכשיר מיוצר לפחות 7 שנים לאחר הפסקת ייצורו אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף מקוריים ולתקן תקלות כמתחייב באחריות	חלקי חילוף צריכים להיות אצל הזוכה או אצל יצרן ובלבד שיספקו חלקי חילוף מקוריים לתקופה המצוינת ובזמן סביר שלא יפגע בביצוע המחקר אצל המזמין.

מוטי ניר
חבר ומ"מ יו"ר הועדה

גלעד שמיר
חשב המינהל

עו"ד בת-עמי הלווינג
יועצת משפטית המינהל

אמיר גנאור
יו"ר הועדה

שם המציע חותמת וחתימה