

תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 41/2017 רכישת מכשיר קורא פלטות

מס'	הסעיף במכרז	פירוט השאלה/בקשת הבהרה	תשובה
1	2.2.1.3	האם יש צורך בנוסף לקריאה מונוכומטורית גם בקריאה מדויקת יותר בעזרת פילטרים בקריאה לומינסנטית?	לא
2	2.2.1.4	מה הכוונה "אופטיקה פלואורסצנטית היברידית"?	קריאת שתי סימונים פלואורסצנטים באותה פלאטה (תרבית תאים) ושתי אורך גל שונים בו זמני.
3	2.2.1.5	האם בנוסף לאפשרות לבקר CO2 ישנה דרישה גם לאפשרות לבקר O2 לתאים רגישים?	לא, רק CO2
4	2.2.1.11	האם יש צורך שהמכשיר יאפשר קריאת פלטות עם 1536 בארות בקריאה פלורסנטית ולומינסנטית?	אין צורך
5	2.2.1.12	מה הכוונה ומה הן הדרישות לבדיקות FPA (ברוצלוזיס)?	מדובר במכשיר גיבוי למכשיר שיש לנו.
6	2.2.1.12	האם בדיקות שונות לברוצלוזיס כגון PCR והידועה והנפוצה היום יכולות להוות תחליף ל-FPA? ישנן בדיקות מבוססות Elisa (בליעה אופטית) לבדיקת ברוצלוזיס לדוגמא: Abcam's simple ELISA assay (http://www.abcam.com/human-brucella-igg-elisa-kit-ab108712-protocols.html) האם בדיקות אלו מהוות פתרון מספק לבדיקת ברוצלוזיס?	שאלה לא רלוונטית למכרז.
7	2.2.1.13	האם בכוונה לחיבור למערכת אוטומטית או רבוטית?	אין צורך
8	2.2.1.14	האם הכוונה להרחבה כוללת את קריאת TRF (Time Resolved Fluorescence) וקריאת ALPHA screen מובנות נחשבות כפונקציות להרחבה?	אין צורך
9	2.2.1.16	האם חובה על הספק להגיש גם הצעה למחשב+UPS או שמתן הדרישות ורכישה ע"י המזמין מספקות?	על הספק לספק מחשב UPS + כמפורט במסכי המכרז
10	נספח 1 סעיף 4 - מפרט הטכני של הטובין- תת סעיף 4.12	מהו השם המלא של המכשיר המשמש היום לבדיקה? האם ראשי התיבות של FPA זה assay Fluorescence polarization האם זה אומר שהמכשיר צריך להכיל אפשרות לקרוא Fluorescence Polarization מיהו היצרן ומהו המקט של הקיט המשמש לבדיקה היום?	כן FPA זה אכן Fluorescent polarization assay. כיום אנחנו משתמשים במכשיר: TECAN לביצוע FPA. הקיט הנו: Brucella FPA kit Diachemix – Ellie
11	נספח 15	האם כבר בשלב הזה של ההתמודדות הבנק או חברת הביטוח אמורים לחתום? או שיש רק לחתום בראשי תיבות שבאם תהיה זכיה נגיש את הערבות חתומה?	יש לחתום בראשי תיבות לאחר זכייה יש להמציא נוסח ביטוח מלא ע"י חברת הביטוח. ערבות ביצוע מוגשת ע"י זוכה בלבד.