

<p>מכרז פומבי מס' 51/2017 לאספקת 3 מנדפים ביולוגיים למעבדה לבקטריולוגיה בשירותים הווטרינריים</p>	<p><b>שם מכרז</b></p>
--	-----------------------

מס'	הסעיף במכרז	פירוט השאלה/בקשת הבהרה	תשובה
1	2.2.2	האם משטח העבודה צריך להיות בעל קצוות מעוגלים בכדי שהמשתמש יוכל לעבוד בצורה הנוחה ביותר ועל מנת להשיג תנאי עבודה אופטימליים?	משטח העבודה יכול להיות אבל לא חייב להיות בעל קצוות מעוגלים
2	2.2.2	האם על שעון זרימת האוויר להיות ממוקם בגובה העיניים של המשתמש בכדי שיוכל לדעת שהוא עובד בתנאים סטריליים בכל רגע נתון?	שעון זרימת האוויר יכול להיות, אבל לא חייב להיות בגובה עיני העובד
3	2.2.2.2	האם הדרישה לעמידה בתקן Class 2 A2 משמעה שיש צורך בתו תקן אמריקאי או אירופאי? האם מספיק שהמכשיר תוכנן לעמוד בדרישות התקן?	למנדפים חייב להיות תו תקן ותיעוד ממוסד מאושר לתקינה שמאשר את עמידתם בתקן הנדרש.
4	2.2.2.3	האם חלון הזכוכית צריך להיות משופע על מנת להעניק נוחות עבודה למשתמש ולהשגת סטריליות אופטימלית?	חלון הזכוכית יכול להיות אבל לא חייב להיות משופע
5	2.2.2.9	בסעיף זה מצויין שסיוור הקבלנים הוא תנאי סף. היכן במכרז מצויין תאריך סיוור הקבלנים? האם אפשר לא להגיע אליו במידה ואין שאלות הקשורות למיקום?	הדרישה לסיוור הקבלנים כתנאי סף מקורו בטעות