



כ"ד חשון תשע"ח
13 נובמבר 2017

המחלקה לבנא"מ
טל': 03-5303558
פקס: 03-5303568

לכבוד:

ספקים המשתתפים במכרז

א.ג.נ.,

הנדון: רכישת מכונות הרדמה למערכת ההרדמה בבניה"ח- עדכון
(מכרז מסי' 11799609)

1. להלן התייחסות הגורם המקצועי לשאלות שנשאלו ע"י הספקים מיום 12.11.17 בסוגיית הדרישות למכרז לרכישת מכונות הרדמה:

א. ניתן להציע מאיידים אשר יעמדו בדרישות המכרז (סעיף 8'ד3)

ב. מערכת הניטור חייבת לעמוד בדרישות המכרז ללא כל קשר למימד זה או אחר (הדרישה הספציפית לגבי המסך היתה לפחות "12 – כך שכל נתון מעבר לכך קביל, כמות של 8 TRACES, כך שכל נתון מעבר לכך קביל גם הוא).

2. ביתר פרטי המכרז אין שינוי.

3. לידיעתכם.

בברכה,

הלה עוקשי
מנהלת ענף מכרזים.

העתק:
תיק המכרז.