





אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה : <u>172148</u>	יחידה מזמינה : <u>רדיולוגיה פולשנית</u>
	מהות הרכישה : <u>נקז דרכי מרה</u>
ערך בשקלים : _____	סכום הרכישה מטבע ספק : <u>128,205</u> (לא כולל מע"מ)
	ספק פוטנציאלי : <u>גטר</u>

הוועדה התכנסה בתאריך 15.11.17 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימות המאשרים :


ד"ר שירה בן-זור


שמואל עמד


יוניט משפטי


יוסי שחק



16/10/2017

לכבוד ועדת המכרזים – כאן

הנדון: נקזים לדרכי המרה

הנקז המיוצר ע"י חברת COOK אשר מיובא ע"י חברת גטר הינו ייחודי מהסיבות הבאות:

1. עשוי סיליקון אשר מאפשר גמישות מרבית ללא קיפולים
2. הידרופילי ולכן בעל עבירות גבוהה בכל סיטואציה קלינית
3. ניתן להוסיף לו חורים באופן ידני וכך להתאים אותו לכל חולה וחולה
4. עם סימון רדיו-אופקי לציון החור האחרון בנקז

אין נקז אחר בשוק העונה לדרישות אלו. לכן ממליץ לאשר את החברה הזו כספק יחיד.

בברכה,

ד"ר יצחק קורי

מנהל היחידה לרדיולוגיה פולשנית