

**המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	(כרימל ס"ה לבן)
יחידה מומינה:	(תותי אק)
תאריך:	21/11/17

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095053864	HEATER COOLER 3T

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חווי"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין      \_\_\_\_\_ שירותים      \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	בפקס
מספר ת.פ. / ח.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד      _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$29,100 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

23 באוקטובר 2017  
מספרנו: מב/0403-2017  
תיק: 1116-1

**דחוף**

לכבוד  
מר גיל דר  
גב' גילי נעים  
כ.א.ו

נכבדי,

**הנדון: ניתוחי לב -  
חוו"ד לרכישת מכשירי חימום/קירור למערכת מכונת לב-ריאה.**

- א. סיכום דיון בנושא זיהומים במכשירי חימום/קירור מיום 28.08.17.  
ב. מכתב הבהרה מחברת בפקס מיום 18.10.17.

במחלקת ניתוחי לב מצויים 5 מכשירי חימום/קירור מדגם 16-02-80 תוצרת חברת STOCKET, המיוצגת ע"י חברת "בפקס".

בהתאם לסימוכין א', לאחרונה נתגלו זיהומים בשלושה מכשירים מתוך החמישה. מדובר בשלושה מכשירים ישנים המצויים בשימוש מעל ל-10 שנים, בעלי המספרים הסידוריים הבאים:

16S10468 -  
16S10469 -  
16S10824 -

בעקבות גילוי הזיהומים הושאלו באופן זמני לביה"ח ע"י חברת "בפקס", שלושה מכשירי חימום/קירור מדגם זהה עד למציאת פתרון קבע לבעיה.

בסימוכין ב' מבהירה נציגת היצרן, חברת "בפקס", כי עקב מגבלת שנת הייצור של המכשירים המזוהמים, לא ניתן להשמישם באמצעות טיפולי חיטוי ייסודי. אי לכך נדרש להשבית מכשירים מזוהמים אלו.

רצ"ב הצעת מחיר מס' Q172944 מחברת "בפקס" לרכישת שלושת המכשירים המושאלים, וזאת לאחר שישודרגו לגרסה חדשה הכוללת Vacuum & Seal, במחיר הנקוב בהצעה של 9,700 דולר ליח' ללא מע"מ.

עלות מחמם/מקרר חדש הינה 33,000 דולר ליח' ללא מע"מ.

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

יש להדגיש כי מכשירי קירור/חימום פועלים בשילוב עם מערכות מכונת לב-ריאה מתוצרת STOCKET המצויות בשימוש חדרי הניתוח. על מנת להבטיח אינטגרציה מלאה ותקינה של המכשירים עם המערכות הקיימות, אשר הינה קריטית במכשור תומך חיים, יש לראות ביצרן זה ספק יחיד לרכישה זו, ולממשה בהתאם להצעת חברת "בפקס".

סעיף תקציבי לרכישה - תוכנית הצטיידות 2017 שורה 39.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: פרופ' אהוד רענני  
מר יוגב קציר